

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/102  
Konu : Mal Alımı

26/03/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 28/03/2019 tarih ve saat 16:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HD ULTRA-SLIM VİDEO GASTROSKOP CİHAZI	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.
- 10-Kısmi teklifler kapalıdır.

## HD ULTRA-SLIM VIDEO GASTROSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz HD Özelliğinde olmalıdır.
2. Videogastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
3. Videogastroskopun saha görüş açısı 140 derece olmalıdır.
4. Videogastroskopun saha görüş derinliği 3-100 mm arasında olmalıdır.
5. Videogastroskopun saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
6. Videogastroskopun insertion tüp dış çapı 5,9 mm olmalıdır.
7. Videogastroskopun distal dış çapı 5,8 mm. olmalıdır.
8. Videogastroskopun çalışma kanalı iç çapı 2.4 mm olmalıdır.
9. Videogastroskopun faydalı çalışma uzunluğu 1.100 mm, toplam uzunluğu ise 1.400 mm olmalıdır.
10. Videogastroskopun ucunun bükülebilme kapasitesi yukarı 210 derece ,aşağı 90 derece , sağa 100 derece,sola 100 derece olmalıdır.
11. Cihazın tamamı su geçirmez bir yapıda olup komple dezenfeksiyon sıvısına batırılabilir durumda olmalıdır.
12. Videogastroskopun hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte olmalıdır.
13. Cihazla birlikte 2 adet Yabancı Cisim çıkarma Forcepsi 2 Adet Biyopsi forsepsi 2 adet tripot verilmelidir.
14. Videogastroskop ünite de kullanılmakta olan Fujifilm marka Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı ile uyumlu çalışmalıdır.

Op. Dr. Kamuran TURK  
Başhekim Yardımcısı  
Kırı Devlet Hastanesi