



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBEYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBEYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
28/03/2019 17:48 - 68917221 - 949 - E.573



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **PROLEN MEŞH ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/04/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	PROLEN MEŞH 15X15	ADET	30		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

...gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinde...

Bu belge 5070 sayılı...

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472)

PROLEN MESH

- 1-Boyutları en az 7.5 x 12.5 cm olmalı, %100 polipropilen materyal olmalıdır.
- 2-Ürünler tek steril pakette olmalı, son kullanma tarihi ve ne ile steril edildiği belirtilmelidir.
- 3-Sağlam olmalı, vücuda uyum sağlayacak yumuşaklıkta olmalı
- 4- Disposable olmalıdır
- 5-Steril orijinal ambalajında olmalıdır
- 6-En az 2 yıl miatlı olmalıdır. Miatların dolmasına 3 ay kala bildirildiğinde firma değişim garantisi vermelidir.
- 7-TITUBB ve MEDULA kaydına sahip olmalıdır.
- 8-Miat problemi ya da ürünle alakalı bir sorun olduğu takdirde firma tarafından değişim garantisi verilmelidir.
- 9- Değerlendirme numunenin uygunluk ve kullanılabilirliğine göre yapılacaktır

Dr. Mehmet Akif
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 126480

M

Op. Dr. Emine NEKAY
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 126480

Op. Dr. İzzet AK
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 126480
Dip. No: 126480
Dip. No: 126480
Dip. No: 126480