

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/111
Konu : Mal Alımı

02/04/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/04/2019 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beyma ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DEFİBRİLATOR BATARYA	ADET	2		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.
- 10-Kısmi teklifler kaplıdır.

MINDRAY DEFİBRİLATÖR BATARYASI

- 1) Mindray Beneheart D3 model defibrilatöre uyumlu olacaktır.
- 2) Voltajı 14.8 V olmalıdır.
- 3) Bataryanın kapasitesi 4500 mAh 66.6 Wh olmalıdır.
- 4) Batarya tam dolduğunda şarjı otomatik olarak kesilmelidir.
- 5) 1 000 defa şarj ve deşarja uygun yapıda olmalıdır.
- 6) Cihazdan ayrı yapıda kolayca takılıp çıkartılabilir özellikte olmalıdır.
- 7) Şarj ve deşarj edilebilmelidir.
- 8) 360 joule enerji üretebilmedilir.
- 9) Tam şarjlı iken en az 60 şok yapabilmelidir.
- 10) Tamamen boşaldığında 45 dakikada şarj edilebilmelidir.
- 11) Batarya %100 dolu iken defibrilatörünü yaklaşık 3 saat çalıştırılabilirdir.
- 12) Batarya orijinal olmalıdır. Evraklar ile bunlar belgelenmelidir.
- 13) Teklif veren firma üretici tarafından ürünün satışı ile ilgili yetki belgesi sunmalıdır.
- 14) Teklif veren firma teklif saatinden 1 saat önce biyomedikal biriminden 1 adet numune getirerek uygunluk onayı almalıdır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu