



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **SICAKLIK ÖLÇÜM DİJİTAL ORTAM SICAKLIK KAYDEDİCİ ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/04/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	SICAKLIK ÖLÇÜM DİJİTAL ORTAM SICAKLIK KAYDEDİCİ	ADET	21		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-imzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ  
TIBBİ SEKRETER







İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden cdb81c0d-14cd-4570-96e3-a334c283f723 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## ISI VE NEM ÖLÇER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1 CİHAZ DİJİTAL OLMALIDIR.
- 2 CİHAZ LCD EKРАН OLMALIDIR.
- 3 SICAKLIK ÖLÇÜM ARALIĞI -20C + 50 C OLMALIDIR.
- 4 SICAKLIK HASSASİYETİ (+/- 0,1 C ) OLMALI
- 5 NEM ÖLÇÜM ARALIĞI %20 - %70 OLMALIDIR.
- 6 NEM ÖLÇÜM HASSASİYETİ % 1 OLMALIDIR.
- 7 ISI VE NEM İÇİN AYRI MAX / MİN ALARM ARALIĞI OLMALI SAAT FONKSİYONU OLMALIDIR.
- 8 GÜÇ KAYNAĞI 1 X 1,5 V (AAA) PİLLERLE ÇALIŞABİLİR OLMALIDIR.
- 9 EN AZ 30 GÜNLÜK HAFIZA KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.
- 10 CİHAZIN TEPKİ SÜRESİ 10 SN OLMALIDIR
- 11 CİHAZ DUVARA ASILABİLMELİDİR VE MASA ÜSTÜNDE AYAKLARI VASITASI İLE KOLAYCA KULLANILABİLİR OLMALIDIR.BUZDOLABI ISI ÖLÇER OLARAKDA KULLANILABİLMELİDİR.
- 12 CİHAZLAR TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 13 DIŞ ORTAM SICAKLIK ÖLÇÜMÜ İÇİN 2 METRE UZUNLUKTA PROBA SAHİP OLMALIDIR.

Ameliyathane (3 Adet)	Volkan TURHAN	
Çocuk Servisi (1 Adet)	Ayşe UÇAR	
Nurcan KANDAMIR (3 Adet)	Yenidogan Yagm Kuban	
Laboratuvar (10 Adet)	Hergem ÖZBEY	
Ortopedi Servisi (1 Adet)	Ayfer Filiz	
Emfelyon Servisi (1 Adet)	Emine GÖKÜS	
Hemodiyaliz Birimi (2 Adet)	Saniye AKBUOAK	