

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/133
Konu : Mal Alımı

22/04/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 24/04/2019 tarih ve saat 15:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1 | EKG KAĞIDI | ADET | 1000 | | |
| TOPLAM | | | | | |

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün, Philips Marka EKG cihazında kullanıma uygun orijinal ürün olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün, EKG cihazının termal yazıcı bölümüne zarar vermeyecek şekilde yüksek ısı hassasiyetine sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün, 210 cm eninde ve z katlama olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün, çekilen EKG lerin daha uzun süre saklanabilmesine olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün paketlerinin her biri orijinal ambalaj içerisinde olmalı, ambalaj üzerinde marka, üretim bilgileri, üretim parti seri (LOT) numarası belirtilmiş olmalıdır.
6. Ürünün CE belgesi olmalıdır
7. Teklif veren firmanın üretici firmadan aldığı yetki belgesi bulunmalıdır.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal sorumlusu



| No. | Patient ID | ECG date | Last name | First name | Date of birth |
|-----|------------|---------------------|-----------|------------|---------------|
| 1 | 898989 | 08/03/2019 11:20:14 | deneme | | 22/02/2009 |

