




T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 150  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 287

02.05.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.05.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK KAYDEDİCİ / TERMOMETRE		4	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.


Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## ISI-NEM ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

Aşağıdaki teknik özelliklere rağmen, numune Eczane birimince değerlendirildikten ve uygunluk raporu tanzim edildikten sonra alım sonuçlandırılacaktır.

- 1- Cihaz dijital olmalıdır.
- 2- Cihaz LCD ekran olmalıdır.3 sıcaklık ölçüm aralığı -20C + 50 C olmalıdır.
- 3- Sıcaklık ölçüm aralığı -20C + 50 C olmalıdır.
- 4- Sıcaklık hassasiyeti (+ /- 0,1 C ) olmalı 5 nem ölçüm aralığı %20 - %70 olmalıdır.
- 5- Nem ölçüm aralığı %20 - %70 olmalıdır.
- 6- Nem ölçüm hassasiyeti % 1 olmalıdır.
- 7- Isı ve nem için ayrı max/min alarm aralığı olmalı saat fonksiyonu olmalıdır.
- 8- Güç kaynağı 1 X 1,5 V (AAA) pillerle çalışabilir olmalıdır.
- 9- En az 30 günlük hafıza kapasitesine sahip olmalıdır.
- 10- Cihazın tepki süresi 10 sn olmalıdır.
- 11- Cihaz duvara asılabilmelidir ve masa üstünde ayakları vasıtası ile kolayca kullanılabilir olmalıdır. Buzdolabı cihaz duvara asılabilmelidir ve masa üstünde ayakları vasıtası ile kolayca kullanılabilir olmalıdır. Buzdolabı ısı ölçer olarak da kullanılabilir olmalıdır.
- 12- Cihazlar teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

  
ECZ. ZEYNEP TARDIMCI  
Dip. Tes. No: 42611  
Ağrı Devlet Hastanesi