



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
04/05/2019 23:14 - 68917221 - 949 - E.743



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan ANESTEZİ BİRİMİNDE BULUNAN HASTABAŞI MONİTÖRÜ İÇİN GEREKLİ MALZEME ALIMI İŞİ 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/05/2019 tarih ve saat 12:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	EKG MONİTÖR KABLOSU	ADET	2		
2	SPO2 ARA KABLOSU	ADET	2		
3	SPO2 PROBU	ADET	2		
4	NIBP MANŞONU	ADET	2		
5	NIBP HORTUMU	ADET	2		
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-izmalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

1) Mindray Hastabaşı Monitör için EKG Kablosu Teknik Şartname

1. Mindray Marka Beneview T5 Model Hastabaşı Monitör Cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Ürün kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Kablonun UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerindeki markayı belirten etiket bulunmalıdır.
4. Kablonun leadlerinin renk kodları IEC standartlarında olmalıdır.
5. EKG uç kabloları kısaç tipli olmalıdır. Kablo tek parça halinde enjeksiyon olmalı, kablo bağlantı bölümlerinde vida bulunmamalıdır.
6. EKG Kablosu 3 veya 5 leadli olmalıdır.
7. Kablonun dağılmasını önlemek ve kullanım kolaylığı açısından kablonun üzerinde cırt bandı bulunmalıdır.
8. Kablo gövdesinde hasta bağlantı şemasını gösteren etiket bulunmalıdır.
9. Kablonun leadleri en az 90 cm olmalı, toplam kablo boyu en az 3,40 mt. olmalıdır.

2) Mindrau Hastabaşı Monitör SPO2 Ara Kablosu

1. Kablo Mindray Marka Beneview T5 Model Hastabaşı Monitörüne uyumlu olmalıdır.
2. Kablo en az 2 mt. olmalıdır.
3. Ürünün cihaza giriş kısmı ve spo2 prob giriş kısmı ekstra korumalı olup kullanım sırasında kolayca kırılma ve kopmalara dayanıklı olmalıdır.
4. Kabloda prob kilitleme mekanizması bulunmalıdır.
5. Kablo Cihaz giriş soketi dişli yapıda olmalı diğer soket yuvalarına oturmamalıdır.
6. Kablonun UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerinde markayı belirten etiket bulunmalıdır.

3) Mindray Hastabaşı Monitör Pulseoksimetre Probu Teknik Şartnamesi

1. Prob reusable olmalıdır.
2. Problar parmaktan ölçüm almak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Prob Hastanemizde kullanılan Mindray Marka Beneview T5 Hastabaşı Monitörü ile uyumlu olmalıdır.
4. Prob yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
5. Probu UBB kaydı bulunmalıdır ve Sistemde belirtilen marka ile aynı marka ürün teslim edilmelidir. Kabloların üzerinde markayı belirten etiket bulunmalıdır.

4) Mindray Hastabaşı Monitör Nıbp Manşonu Yetişkin Teknik Şartnamesi

1. Ürün reusable olmalıdır.
2. Manşon tek hortumlu olmalıdır.
3. Ürün yetişkin hasta için kullanıma uygun ve --- ölçülerde olmalıdır.
4. Manşon ara bağlantı konektörü ile birlikte verilmelidir.
5. Manşon bağlantısı cırt cırtlı olmalıdır.
6. Kolay temizlenebilir olmalı.
7. Lâteks içermemelidir, manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
8. Arter noktası manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

Manşon boyları :	Large Adult	: 33-47 cm
	Adult	: 25-35 cm
	Child	: 18-26 cm
	Infant	: 10-19 cm
	Neonatal:	6-11 cm

5) Mindray Hastabaşı Monitör NIBP Hortumu

1. Tansiyon Hortumu Mindray Marka Beneview T5 Hastabaşı monitörü ile uyumlu olmalıdır.
2. Kablo uzunluğu en az 3 m. Olmalıdır.
3. Kablonun UBB kaydı bulunmalıdır.

A r r .
B. Batıl Deriçer