



AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
09-05/2019 13:41 - 68917221 - 949 - E.791



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet 22 D

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ALET DEZENFEKTANI ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/05/2019 tarih ve saat 09:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır

Mehmet İLBOĞA

İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ALET DEZENFAKTANI	LİTRE	600		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-izmalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzası suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 98986bed-96b9-4bd0-8584-f7f0e0cede0c kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar ERYILMAZ İlçe Devlet Hastanesi

**ALET DEZENFEKTANI VE STERİLİZANI (KONSANTRE,
ALDEHİTSİZ)TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün her türlü cerrahi aletler, mikro cerrahi aletleri, anestezi malzemeleri, ısıya dayanıklı ve dayanıksız malzemeler için kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- %3 konsantrasyonda 15 dakikada dezenfeksiyonu sağlamalıdır. Ayrıca gereksinime göre %1 ve %2 konsantrasyon aralıklarında da kullanılabilir. 1 saat de sporosid etki yapabilmelidir.
- 3- Bakterisit, virüsit, fungusid, mikrobakterisid ve sporosid etkili, sterizan etkide yüksek düzey dezenfektanı olmalıdır.
- 4- Yüksek düzey dezenfeksiyonu 5-15 dk. gibi kısa bir sürede yapabilmelidir.
- 5- Etkinliğini gösteren uluslar arası ve Türkiye'deki üniversitelerden mikrobiyolojik raporlar olmalıdır.
- 6- 5 kg konsantre ambalajda olmalıdır.
- 7- Aldehit, fenol ve türevlerini içermemelidir.
- 8- Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır.
- 9- Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
- 10- İnsan ve çevre dostu olmalıdır.
- 11- Korozyon inhibitörleri içermelidir.
- 12- Korozyon etkisi olmamalıdır. Firma bunu taahhüt etmelidir.
- 13- Dezenfektan madde alet üzerinde kalıntı bırakmamalı ve kolayca yıkanmalıdır.
- 14- Kullanım için gerekli aparatlar ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
- 15- Raf ömrü hastane kabulünden sonra en az 24 ay olmalıdır.
- 16- Mikrobiyolojik etkinlik şekli en düşük konsantrasyon oranı ve etki süreleri etkilediği ajanlara göre açık şekilde numune ile birlikte verilmelidir.
- 17- Hazırlanan solüsyonun etkinlik süresi belgelendirilmelidir.
- 18- Orijinal bidonlarda veya ambalajlarda olmalıdır.
- 19- Ürün güvenlik bilgi formu olmalıdır.
- 20- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.
- 21- Ürün konsantre şekilde, orijinal kilitli kapaklı, çevreye uyumlu polietilen bidonlarda olmalı, bu bidonlara uygun 30 ml'lik dozaj pompası ile kullanabilmelidir.
- 22- Ürünün buharlaşması asgari güzeyde olup kokusuz olmalı ve diğer ek temizleyici ürünlerle geçimli olmalıdır. Ürün normal şebeke suyu ile hazırlanıyor olmalı, solüsyon hazırlandıktan itibaren 15 gün boyunca kullanılabilir.
- 23- Ürün içerdiği kimyasallar nedeni ile aktive edilmemeli, indikatöre gerek duyulmadan kullanıma uygun olmalıdır.
- 24- Miadı yaklaşan ürünler firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir.