AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
13/05/2019 14:21 - 68917221 - 949 - E.808
00093385812

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KAMERA KILIFI ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 15/05/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KAMERA KILIFI	ADET	500		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

e-imzalıdır.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
4) Alımlar http://www.agriihale.gov.tr e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 01914cf1-dfb7-4248-b311-2cd9d4a3803e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KAMERA KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kamera kılıfı PE,PP gibi plastik şeffaf poşetten yapılmış olmalıdır.
2. Kamera kılıfı poşeti, üzerinde askı bağlantı deliği bulunan taşıyıcı kartona yapıştırılmış durumda olmalıdır.
3. Kamera kılıfı eni minimum 13 cm olmalıdır.
4. Kamera kılıfı 235 +/-15 cm uzunlukta olmalıdır.
5. Kılıf iç içe katlanmış ve ihtiyaç olduğu kadar açılabilir katlama yapısında olmalıdır.
6. Kılıf ucu kapalı, monitor kısmı konik olmalı, monitor ucuna gelen kısmı kolay yırtılabilir perforajlı ve monitor sarıcı bantı bulunmalıdır.
7. Ürün tekli steril ambalajda olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır.

Op. Dr. [illegible] AKÇAY
Genel Cerrahi
Dip.Tes.No. [illegible]
Doç.Dr. [illegible]
Doğubayazıt Devlet Hastanesi