



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
13/05/2019 18:37 - 68917221 - 949 - E.812



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ŞARJ EDİLEBİLİR DEFİBRİLATOR BATARYASI ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16/05/2019** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır

Mehmet İLBOĞA

İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BATARYA	ADET	10		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-izmalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 (iki) yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imza suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 26b0de66-bfa4-4f9b-944a-08f3f8b0a672 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## DEFİBRİLLATÖR BATARYASI ŞARTNAMESİ:

1. Batarya NIHON KOHDEN MARKA TEC 7621 K serisi Defibrillatör cihazına uygun olacaktır.
2. Batarya 12 Volt 2800 m Ah olacaktır.
3. Batarya orijinal soketi ile beraber verilecektir.
4. Numune verilecektir. Verilen numune performans testine tabi tutulacaktır.
5. Bataryalar fabrikasyon hatalara karşı 1 yıl garantili olacaktır. Firma bataryaların 1 yıl içerisinde bozulması halinde ücretsiz değiştirilebileceğine dair yazılı taahüt verecektir.
6. Bataryayı oluşturan piller SCR-SH özellikte olacaktır.
7. Bataryayı oluşturan piller üzerinde orijinal marka yazmalı tüm piller marka ve özellikte olup amper voltaj değerleri okunacaktır.

DOC.DR.YASAR ERNİLMAZ  
DOĞUBAYAZIT DEVLET HASTANESİ  
Erdal GERENGI  
Biyomedikal Sorumlusu