



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **BUHAR DÖKÜMANTASYON ETİKETİ (BUHAR İNDİKATÖRLÜ) TABANCASI ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 17/05/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BUHAR DÖKÜMANTASYON ETİKETİ (BUHAR İNDİKATÖRLÜ) TABANCASI	ADET	3		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 28c1bca1-1123-4945-9838-d5a0e8bb94a0 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DOÇ.DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
İLAÇ/SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	BUHAR DÖKÜMANTASYON ETİKETİ (BUHAR İNDİKATÖRLÜ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Etiketlerin standartı olan ISO 11140 Class1 her bir etiket üzerinde yazılı olmalıdır. Üretici firma bu standardı deklare etmelidir.2. Etiketler yazıcıdan geçerken her baskıda aynı mesafede ilerlemeli, yazıcıda kaydırma ve tutukluk yapmamalıdır.3. Etiketler üç satırlı, çift yapışkanlı olmalıdır.Harf ve tarih basılabilmelidir.Yapışkanlıklarını sterilizasyon boyunca ve sonrası da devam ettirebilmelidir.4. Etiketlerin üzerine operatör adı-no, sterilizatör numarası, çevrim numarası, malzemelerin ait olduğu bölümün kodu, üretim ve son kullanma tarihi yazılabilmesi için 3 ayrı hane bulunmalıdır.5. Etiketlerin ebatı yaklaşık 22 x 31mm (+-6 mm) olmalıdır.6. Çift katlı etiketin pakette kalacak olan alt tabakası hasta kartına kolay transferi için etiketten büyük olmalıdır.Etiketler bohçalara kolay yapışmalı ve sterilizasyon sonrası çıkmamalıdır.7. Etiketler takılmadan düzgün şekilde yapıştırılmalı, yapıştırıldıkları yüzeyde atık bırakmamalıdır.8. Etiket, cihazına kolayca takılabilmelidir.9. Etiket rulo halinde olmalıdır, her ruloda en az 500 adet etiket bulunmalıdır.10. Yüklenici firma kullanım boyunca etiket tabanca kartuşunu temin edecektir. Bununla ilgili taahhünamesi ihale dosyasında bulunmalıdır.11. Rulolarla birlikte etiketlerle uyumlu 3 adet etiket tabancası "bakım onarımı da dahil olmak üzere" kullanıma bedelsiz verilecektir ve tabancalar için gerekli kartuş malzeme tesliminde 3 adet ve teslim sonrası etiket kullanıldığı sürece yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ul style="list-style-type: none">• Etiket üzerindeki buhar indikatörü sterilizasyon işlemi sonrasında renk değiştirmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Rulo ürün etiket içeriği en az 500 adet olmalıdır.2. Etiketler normal oda koşullarında depolanabilmelidir. Bu koşullarda herhangi bir reaksiyon göstermemelidir.3. Ürün kutularında içerik, marka, saklama koşulları, kullanım direktifleri, dikkat edilmesi gereken durumlar için üretici uyarılarına yer verilmiş olmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	STERİLİZASYON ÜNİTESİ
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünlerin miadı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır.2. Miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yüklenici firma kullanılmamış ürünü yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
STANDART ÖZELLİKLERİ (KALİTE BELGESİ)	Ürün sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. Ürünün ISO 13485 veya uluslar arası kabul görmüş akredite bir kuruluşun belgesi olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Ürün orijinal ambalajda bulunmalıdır.2. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde üretim yeri, üretim tarihi, son kullanma tarihi, sterilizasyon ve lot numarası yazmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici firma istenilen miktarda orijinal ambalajlı numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve sonucuna göre uygun olmadığı takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.2. Ürün orijinal ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk ürün yüklenici firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.3. Üretim yeri (menşei) ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
HAZIRLAYAN SERVİS	STERİLİZASYON ÜNİTESİ
PROTOKOL NO	
İMZA - KAŞE	İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

Meryem HALK
Alkan