



00093938219

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **OTOMATİK ENJEKTÖR ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 22/05/2019 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır
Mehmet İLBOĞA
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	OTOMATİK ENJEKTÖR	ADET	150		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-izmalıdır.
Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agrihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e45fb9e2-1514-42ca-b6f2-b8a94f9266b8 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

OTOMATİK ENJEKTÖR TOMOGRAFI İÇİN

1. Otomatik enjektör markası MED/TRON modeli ACCUTRON CT cihazı ile birlikte kullanıma uygun olmalıdır. Sistem üzerine iki adet kontrast madde şişesi ve bir adet serum fizyolojik şişesi direkt takılabilmelidir. Kontrast madde şişelerinden biri bittiğinde diğerine otomatik olarak geçebilmelidir. Kontrast madde ve serum şişe veya mediflexambalajından direkt olarak otomatik enjektöre takılabilmelidir. bu sebeple kontrast maddenin doldurulacağı herhangi bir sarf malzemeye gerek olmamalıdır.

2 Otomatik enjektör Roll Pump sistemi ile çalışmalıdır, kontrast madde konteynırından direkt hastaya kontrast enjekte etmelidir .

Enjektör akış hızı 0,1 ml/s ile 10,0ml /s arasında 0,1 ml /s adımlar ile ayarlanabilir CT -200ML M1 olmalıdır.

3 Özellikle kardiyak çekimlerde daha az kontrast madde ile yüksek kalitede görüntü alabilmek için ardışık olarak 12 farklı yoğunluk ve hızda kontrast bölüşünü gönderebilmelidir.

4 Otomatik enjektörün iki adet hortum seti olmalıdır.bunlardan biri sistem üzerine takılmalı ve 24 saat boyunca birden fazla hastada kullanılabilecek yapıda olmalıdır, diğer set ise her hastada değiştirilen çift check valfli hortum seti olmalıdır.

5 Otomatik enjektör üzerinde kontrast maddelerin ve NaCl'nın akışım kontrol eden üç adet sensor bulunmalıdır , herhangi bir sebeple akış kesilirse bu durumu algılamalı ,enjeksiyonu durdurup uyarı vermelidir.

6 Otomatik enjektör üzerinde sistem seti içerisindeki hava kabarcıklarını algılayan bir sensor bulunmalıdır. Bu sensor herhangi herhangi bir hava kabarcığı oluştuğunda motoru durdurmalı ve uyarı vermelidir. Otomatik enjektörün hava kabarcığı oluştuğunda motoru durdurmalı ve uyarı vermelidir . Otomatik enjektörün hava kabarcığını otomatik çıkarma modu bulunmalıdır.

7 Otomatik enjektör sistemi en az 12 dokunmatik monitör yardımı ile kumanda odasından da kontrol edebilmelidir.

8 Otomatik enjektör cihazının şişe ısıtıcı mekanizması olmalıdır.

9 otomatik enjektörün manuel start modu bulunmalıdır

10 enjektör cihazı ile kontrol monitörü arasında kablo bağlantısı olmamalı ve iletişim bluetooth bağlantısı ile sağlanmalıdır

11 Enjektör batarya ve direk enerji ile çalışabilmelidir

12 İhaleye girecek firmalar teklifleri ile birlikte test ve değerlendirme amaçlı numune vereceklerdir. Numuneler denecek hasta güvenliği ve istenilen özellikleri ihtiva edip etmediği konusunda karşılaştırma yapılacaktır ve komisyon üyelerinin onayı alındıktan sonra teklifler değerlendirilecektir

