T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 93
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 462

23.05.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 24.05.2019 saat: 13:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak ÇAPACI
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	**Malın/İşin Cinsi**	**Açıklama**	**Miktarı**	**Birimi**	**Fiyat**	**Tutar**
1	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TİTANYUM/COCR 1.5 - 4.5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR (TV2890)		2	Adet		
2	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI TAM YİVLİ KANÜLLÜ TİTANYUM/COCR ÇEKTİRME VİDASI 4.6 - 8.0 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR(TV2910)		2	Adet		
3	BAŞSIZ KOMPRESYON VİDASI HERBERT DİZAYN TİTANYUM/COCR 1.5 - 4.5 MM ARALIĞI TÜM BOYLAR (TV2850)		2	Adet		
				KDV Hariç Genel Toplam		

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

Bilgi İçin : Yunus ÖZYOLCU -

SIRA NO	MALZEME ADI / TANIMI	SUT KODU	MİKTAR	BİRİM
1	Tamamı Yivli Başsız Kanüllü Kompresyon Vidaları 1.5 - 4.5mm	TV2890	2	ADET
2	Tamamı Yivli Başsız Kanüllü Kompresyon Vidaları 4.6 - 8.0 mm	TV2910	2	ADET
3	Kısmi Yivli Başsız Kanüllü Herbert Vidaları	TV2850	2	ADET

BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDALARI Ti

TAMAMI YİVLİ BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON VİDALARI (1.5 - 4.5mm) TV2890

1. Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.
2. Vidalar kılavuz tel üzerinden uygulanarak, kırık fragmanları arasında kompresyon elde edilebilecek tasarımda tamamı yivli, başsız yapıda ve kanüllü olmalıdır.
3. Vidalar Ti6AL4V ELİ standartındaki malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Vida konik tarzda olmalı, başlangıç ve bitiş çaplarının farklı olması ve aynı zamanda vida adımlarının da farklı olması nedeniyle etkili bir kompresyon elde edilmesini sağlamalıdır.
5. Tamamı yivli kanüllü kompresyon vidaları dört farklı çap seçeneğinde ve farklı boy seçeneklerinde olmalıdır.
6. Başlangıç ve bitiş çaplarına göre; Micro vida 2.5mm-2.8mm çapında, Mini vida 3,3 mm- 3.8 mm çapında, Standart vida 4 mm-4.2 mm çapında, Plus vida 5 mm -5.5 mm çapında olmalıdır. Vida delikleri 1,1 ile 1.8 mm arasında olmalıdır.
7. Micro delikli vidalar 8 mm'den 30 mm'ye kadar oniki boy seçeneğinde olmalıdır.
8. Mini delikli vidalar 12,5 mm'den 37.5 mm'ye kadar onbir boy seçeneğinde olmalıdır.
9. Standart vidalar 20 mm'den 50 mm'ye kadar yedi boy seçeneğinde olmalıdır.
10. Plus vidalar 35 mm'den 80 mm'ye kadar 10 boy seçeneğinde olmalıdır. Büyük çaplı Plus vidaların SUT kodu TV2910 ile eşleşmiş olmalıdır.
11. Vidaların self drilling özelliği olmalıdır. Tornavida yuvaları sıyırmayı azaltmak için hegzalob formunda olmalıdır. Tornavidalar da bu yapıda olmalıdır.
12. Vida adımları kompresyon yapmayı sağlayacak şekilde önden arkaya doğru azalmalıdır. Rahat kompresyon yapması için vida ortasındaki konik çap baş kısma göre az olmalıdır.
13. Vidalar full yivli ve kolay ayırt edilebilmesi için her çap ayrı renk ile kodlandırılmış olmalıdır.
14. Vida setinde her vida çapı için ayrı ayrı: delikli tornavida, delikli dril vida boy ölçer ve kirschner teli dizaynlı olarak konteynırlarda olmalıdır.

TAMAMI YİVLİ BAŞSIZ KANÜLLÜ KOMPRESYON BÜYÜK VİDALAR (4.6 - 8.0 mm) TV2910

15. Üretici firmanın CE belgesi olmalıdır.
16. Vidalar 1.5mm kılavuz tel üzerinden uygulanarak, kırık fragmanları arasında kompresyon elde edilebilecek tasarımda tamamı yivli, başsız yapıda ve kanüllü olmalıdır.
17. Vidalar Ti6AL4V ELİ standartındaki malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
18. Vida konik tarzda olmalı, başlangıç ve bitiş çaplarının farklı olması ve aynı zamanda vida adımlarının da farklı olması nedeniyle etkili bir kompresyon elde edilmesini sağlamalıdır.
19. Tamamı yivli kanüllü kompresyon vida çapı; başlangıç ve bitiş çaplarına göre; Plus vida 5 mm - 5.5 mm çapında konik yapıda olmalıdır. Vida delikleri 1.8 mm olmalıdır.
20. Plus vidalar 35 mm'den 80 mm'ye kadar 10 boy seçeneğinde olmalıdır. Büyük çaplı Plus vidaların SUT kodu TV2910 ile eşleşmiş olmalıdır.
21. Vidaların self drilling özelliği olmalıdır. Tornavida yuvaları sıyırmayı azaltmak için hegzalob formunda olmalıdır. Tornavidalar 2.5mm hexgonal uç yapıda kanüllü olmalıdır.
22. Vida adımları kompresyon yapmayı sağlayacak şekilde önden arkaya doğru azalmalıdır. Rahat kompresyon yapması için vida ortasındaki konik çap baş kısma göre az olmalıdır.
23. Vidalar full yivli ve kolay ayırt edilebilmesi için diğer küçük çaplara gör farklı renk ile kodlandırılmış olmalıdır.
24. Vida setinde: delikli tornavida, delikli dril vida boy ölçer ve kirschner teli dizaynlı olarak konteynırlarda olmalıdır.

Op.Dr. Halis Kayhan TUTCU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Tıbbi No: 603 133769

KISMİ YİVLİ BASSIZ KANÜLLÜ HERBERT VİDALARI - TV2850

1. Eklemi ilgilendiren kırıklarda, küçük kemik kırıkları ve nonunion larında; küçük eklem arthrodezlerinde; fusion ve osteotomilerinde (hallux valgus), Scaphoid ve diğer carpal, metacarpal , tarsal, metatarsal, patella, mandibula, ulnar styloid, glenoid, humeral baş ve capitellum, radius baş ve styloid bölge kırıklarında fiksasyon amacıyla kullanılabilir, kanüllü ve başsız vidalar olmalıdır.
2. Ürün Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır. Başlangıç ve bitiş çapları farklı, orta kısmı yivsiz olmalıdır.Vidaların 2.5mm, 3.0mm lik ve 4.3mm lik üç farklı çap ölçülerinde çeşitleri olmalıdır.
3. Herbert vidaları; başlangıç 2.5mm bitiş 3.0mm olan mini, uç kısmı Ø3 mm ve cancellous yivli, arka kısmı Ø4 mm ve cortical yivli olanı standart, boy seçenekleri 8mm den 34mm arası 2 şer mm artan şekilde olmalı ve bu vidaların kanül iç çapı 1mm lik K-teline uygun olmalıdır.
4. 4.3mm lik vidaların; uç kısmı Ø3.3 mm ve cancellous yivli, arka kısmı Ø5.3 mm ve cortical yiv yapısına sahip plus tipi olmalıdır, boy seçenekleri 14mm den 60mm arası 2 şer mm artan şekilde olmalı ve bu vidaların kanül iç çapı 1.5mm lik K-teline uygun olmalıdır.
5. Vidalar self-tapping ve back-out (geri kaçmayı önleyen) özelliğe sahip olmalıdır. Vidaların uygulanabilmesi için gerekli tüm enstrümanlar set halinde sunulmalıdır.

Op.Dr. Halis Kayhan TUTCU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip. Tes. No:A.503.133769