

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 189
Konu : Malzeme Alımı Hk.

31/05/2019

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 10/06/2019 tarih ve saat 10:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Emrah ÖZER
İdari ve Mali İşler Müd. Yrd.
Ağrı Devlet Hastanesi

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	4008 B DİYALİZ MAKİNASI (FLOWPUMP) KÖMÜRLÜK	ADET	20		
2	4008 B DİYALİZ MAKİNASI SEALPİSTON (PİPET CONTASI)	ADET	16		
3	4008 B DİYALİZ MAKİNASI GEARPUMP	ADET	1		
4	DİYALİZ SUS SİTEMİ SAF SU MOTORU 5/H HİDROFOR	ADET	1		
5	DİYALİZ SUS SİTEMİ AKTİF KARBON FİLTREASYON SİSTEMİ	ADET	1		
6	DİYALİZ SU SİSTEMİ ULTRA VİYOLE LAMBASI VE SAYAÇLI BALANS	ADET	1		
7	MOBİL REO CİHAZI MEBRAN	ADET	1		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Alım kısmi teklife kapalıdır.

SU ARITMA SİSTEMİNDE KULLANILAN AKTİF KARBON FİLTRESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Sudaki koku ve tat bileşikleri ile çözünmüş organik maddeleri tutma özelliğine sahiptir
2. Kömür bazlıdır
3. Yüksek gözenekliliğe sahiptir
4. Granül formunda olacaktır
5. Yüzey alanı en az 1000 m²/g olacaktır
6. Iodine numarası en az 900 mg/g dır
7. en az % 90 ı 8*30 ASTM olacaktır.
8. Aktif karbon yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra aktif karbondan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzular yükleniciye aittir.
9. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 belgesine sahip olmalıdır.
10. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
11. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.
12. Yüklenici Firma teklifi ile birlikte istenilen kalite belgelerini kurum tarafına gönderecektir.
13. Yüklenici firma aktif karbonu değiştireceğine dair teklifi ile birlikte taahhüt verecektir.

Menzile ÖZCAN
H. Diş Hekimliği Uzmanı
D. Sertifikası No: 6739
Ağrı Devlet Hastanesi

UV LAMBASI

1. UV lambasının balansı Savaş Balast olmalıdır.ve mevcut sisteme uygun olmalıdır.
2. UV lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
3. Uv lambası su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalı.
4. UV dalgaları üreten lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protona virüs, ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalı
5. Uv lambası olan mevcut sisteme uyumlu olmalı
6. UV yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra U.V den dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
7. Yüklenici firma TSE 12426 ve 12843 İSO 13485-2016 İSO 9001-2015 İSO 14001-2015 OHSAS 18001/2007 belgesine sahip olmalıdır.
8. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
9. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

5M3/H HİDROFOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Hidrofor kapasitesi minimum 5 m³/h özellikte olmalıdır.
- Hidrofor basıncı 3-4 bar arasında çalışabilmelidir.
- Pompa üzerinde Dokunmatik start/stop butonu pompanın kendi üzerinde bulunmalıdır.
- Ayrı basınç şalterine ihtiyaç duymamalıdır.
- Pompa kuru ve susuz çalışma korumasına sahip olmalıdır.
- Pompa mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
- Pompa yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. Daha sonra motordan dolayı doğabilecek sorunlar veya arızalar yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
- Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.

Menzile ÖZCAN
H. Diyanet Sorumlusu
D. Sertifika No: 6739
Açık Devlet Hastanesi

SAF SU SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MEMBRAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Membrane tipi tamamen aromatik polyamid kompozit tiptir
2. Membranların 25 °C de ürettiği su miktarı minimum 8 m³/gün dür
3. Maksimum çalışma sıcaklığı 45 °C dir.
4. Tuz rejection oranı % 99,5 dir.
5. Membranlar, en fazla 5 SDI' a kadar çalışabilmektedir
6. 40 bar basınca kadar çalışabilmektedir
7. Sürekli işletmede 2-11 pH değerleri arasında çalışabilmektedir
8. 2000 mg/ l ye kadar NaCl beslemesine uygundur.
9. Membrane yüzey alanı 7,2 m² dir
10. Membranlar 40 21 tipdir (çap 4''
11. Membran yüklenici firma tarafından değiştirilecektir. daha sonra membran dan dolayı doğabilecek sorunlar veya arzalar yükleniciye aittir.
12. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 sahip olmalıdır.
13. Yüklenici firma su arıtma sistemleri ile ilgili belgelere sahip olmalıdır.
14. İstekli firmalar Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşiresi
D. Sertifikası No: 5736
Ağrı Devlet Hastanesi