



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 202
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 548

13.06.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.06.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	DİK DURMA DESTEK CİHAZLARI, AYAKTA DURMA SEHPASI KLASİK PEDİATRİK HASTA	DUVAR TİPİ MONİTÖRLER İÇİN SEPETLİ SEHPA	30	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

SEYYAR MONİTÖR SEHPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Monitör Sehpaı seyyar şekilde hareket edebilecek kabiliyette olmalıdır.
- Taşıyıcının ayak kısmı 5 adet alüminyum profilden oluşmalıdır. Plastik ayak hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. alüminyum ayaklar, elektrostatik fırın boya olup, dökülme veya paslanma ihtimali olmayacaktır.
- 360° manevralı 5 tekerleğe sahip olmalı ve bu tekerleklerin en az 2 tanesi frenli olmalıdır.
- Maksimum 30 kg.yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- Taşıyıcı borusu Ø 25'lik paslanmaz malzemeden (304 kalite) imal edilmiş olmalıdır.
- Monitör, bir kızak yardımıyla monitör sehpaına sabitlenmeli, istenildiği zaman kilitli mekanizma ile çıkartılabilmelidir.
- Monitör, Sağ-Sol ve Yukarı-Aşağı kolayca hareket etmelidir.
- Sehpa LCD monitörlere de uygun olmalıdır.
- Sehpa ile birlikte monitör alt kızıağı istenilen monitöre göre ayarlanmış olmalıdır.
- Tüm ürün alüminyum malzemeden imal edilmiş olup, eloksal kaplı olmalıdır.
- Ürün 2 yıl garantili olmalıdır.
- Üretici firmanın CE belgesi olmalı ve belgede sağlık standardı ve ISO 13485 'i sağladığı belirtilmiş olmalıdır.
- 20x18x15cm boyutlarında yatay aksesuar sepeti olacaktır.
- Monitör sehpaıları Ağrı Devlet Hastanesinde yer alan monitörler yerinde görülerek ve tespit yapılarak, mevcut ürünlere birebir uyumlu olacaktır.



Dr. Aysu ARICI ALTAN
Dip Tes No 129343
Ağrı Devlet Hastanesi
Baskim Yardımcısı