



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 198  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 545

13.06.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 12.06.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HAVALI YATAK / ESKAR A TİPİ KLASİK	HAVALI HASTA YATAĞI	10	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## HAVALI YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-) DÜŞÜK RİSKTEKİ BASINÇ ÜLSERİ TEDAVİSİ İÇİN UYGUN OLMALI.
- 2-) YATAK,HASTANIN VÜCUT AĞIRLIĞINA GÖRE AYARLANABİLİR BASINÇ ÖZELLİĞİNİ İÇERMELİDİR.
- 3-) KANCALARI SAYESİNDE YATAĞA MONTE KOLAYLIĞI SAĞLAMALIDIR.
- 4-) YATAK EN AZ 130 BALONCUKTAN OLUŞMALIDIR.
- 5-) HAVA ÇIKIŞ >4,5 LİTRE/DK. OLMALIDIR.
- 6-) BASINÇ ARALIĞI 40 MMHG- 130 MMHG ARASINDA OLMALIDIR.
- 7-) DEVİR SÜRESİ 12 DK'YI AŞMAMALIDIR.
- 8-) İA SİGORTAYA SAHİP OLMALIDIR.
- 9-) MATERYAL:PVC( EN-71,DÜŞÜK TOKSİK OLMALIDIR.
- 10-) GÜÇ TÜKETİMİ İ 7 W OLMALIDIR.
- 11-) EBATLAR: 280 CM (U) x 90 CM (G) x 6,5 CM (Y) OLMALIDIR.
- 12-) DAHİLİ TAMİR KİTİ BULUNMALIDIR.

Uzm. Dr. Erayul BAYRAM  
Ağrı Devlet Hastanesi  
Tıbbi Cihaz Uzmanı  
Dip. Tes. No: 108248