



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **YIKAMA CİHAZI DEZENFEKTÖR KARTI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/06/2019 tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YIKAMA CİHAZI DEZENFEKTÖR KARTI	ADET	250		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRAÇ  
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 943445b1-3b29-4804-a84e-7dc96fef24f2 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## YIKAMA DEZENFEKSİYON CİHAZI KİRLİLİK TESTİ İNDİKATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yıkama cihazının performansını ölçmek için uygun olacaktır.
2. Ürünün üzerinde kan benzeri karışım olmalı, bu sürülen maddenin içeriği üniversite veya bağımsız laboratuvar tarafından belgelenmelidir.
3. İndikatör şeklinde olacak kullanımı ve yorumlanması kolay olacaktır.
4. İndikatör çift veya tek taraflı olacaktır.
5. İşlem sonrası paslanmaz çeliğin üzerindeki lekenin durumuna göre yıkama işleminin başarısı hakkında yorum yapılabilmelidir.
6. İşlem öncesi holdetr a (indikatör tutacağı) yerleştirilen indikatör başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyinde ki taklit kirlerden arınmış olacaktır.
7. Akredite bir kuruluştan EN ISO15883 belgesi bulunmalıdır.
8. Belirgin renk değişimi kolaylıkla gözlenebilir olacaktır.
9. Suya hem maruz kalan hem de kalmayan alanlar için sonuç sağlamalıdır.
10. İndikatör tutacağı paslanmaz çelikten olmalı ve yeniden kullanılabilir özellikte olmalıdır.
11. Beş adet holder (indikatör tutacağı) ücretsiz olarak verilecektir.
12. İndikatörler en az dört yıl miadlı olacaktır.
13. Numune istenecektir.

*Mehmet MALK*  
*MALK*