



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ENTERAL BESLENME POMPASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/07/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-imzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ENTERAL BESLENME POMPASI	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-imzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47
Belgegeçer: 0472 312 54 47
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ
TIBBİ SEKRETER

nternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden cb200fe7-9290-4790-b14b-8134f756818f kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ENTERAL BESLENME POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz enteral beslenme solüsyonlarının setlerle hasta beslenme tüplerine verilmesi amacı ile kullanılmalıdır.
2. Cihazın peristaltik pompa mekanizmasına sahip olmalı ve bu mekanizmanın üzerinde koruyucu bir kapak bulunmalıdır.
3. Cihazın infüzyon standlarına sabitlenebilmesi için kolaylıkla çıkarılıp takılabilen klemb sistemi olmalıdır.
4. Cihaz set bağımsız olmalıdır. silikondan imal edilmiş tüm standart beslenme setleriyle çalışabilmelidir.
5. Cihaz ekranında, gönderilen toplam volüm ve akış hızı değerleri sürekli takip edilebilmelidir.
6. Cihaz dahili bataryası ile 100ml/saat beslenme ayarında yaklaşık 8 saat çalışabilmelidir.
7. Cihazın akış hızı aralığı 1 – 2000 ml/saat olmalı ve artırımlar 1 ml/saat olmalıdır.
8. Cihaz 1 – 9999ml arasında hacim gönderebilme kabiliyetine sahip olmalıdır.
9. Cihazda setten hava temizleme ve bolus özelliği bulunmalıdır, bu özellikler tek tuştan; pompa durağan haldeyken hava temizleme, çalışırken ise bolus gönderecek şekilde yapılabilmelidir.
10. Cihazın purge ve bolus hızı aralığı 600-2000 ml/saat arasında ayarlanabilmelidir.
11. Cihazın setteki solüsyonu geri çekme ve temizleme özelliği olmalıdır. Bu özellik 600 – 2000 ml/saat aralığında, 1ml/saat artırımlar ile ayarlanabilmelidir.
12. Cihazda 3 kademeli tıkanıklık hassasiyet ayarı olmalıdır.
13. Cihaz setteki havayı ultrasonik dedektör sayesinde tespit edebilmelidir.
14. Cihazda görsel ve işitsel alarmlar bulunmalıdır.
15. Cihazda; tıkanıklık, sette hava var, kapı açık, infüzyon tamamlandı, düşük batarya, batarya boş, AC güç kaynağı bağlı değil, motor hatası, sistem hatası, set yanlış bağlı ve hatırlatma alarmları olmalıdır.
16. Cihaz kolay taşınabilmesi açısından hafif en fazla 1.5 kg olmalıdır.
17. Cihaz küçük olmalı, boyutları 150mm x 120mm x 60mm (±5mm)'den fazla olmamalıdır.
18. Cihaz 110/230 V AC, 50/60Hz akımla çalışabilmelidir.

19. Cihaz 12V araç güç çıkışından beslenebilmelidir
20. Cihaz, CE belgesine sahip olmalıdır.
21. Cihaz fatura tarihinden itibaren 24 ay süreyle, üretim hatalarına karşı garanti kapsamında olmalıdır.
22. Cihazın, minimum 10 yıl süreyle gerekli olan yedek parçalarının temini ve tamir ile çalışabilir olmasının gerekli ve gerekli teknik servis hizmetini gerektiğinde veya periyodik bakımlarda sağlanacağını taahhüt edebilmelidir.
23. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalı ve bu belgede ürünün türü ve markası belirtilmelidir.

Handwritten signature