



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 277
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 649

02.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.07.2019 saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 - 230 BAR 7.1 - 10.0 LT	OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRE)	30	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kısa / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

OKSİJEN TÜPÜ (10 LİTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bu teknik şartname kapsamındaki 10 lt çelik tüpler ISO 9809-1 AB Standartlarına uygun olacak .2010/35/ EC Tip belgeli olacak
2. . 2. Tüplerin imalinde kullanılan malzeme standardında da tarif edilen özelliklerde Mn çeliği olacaktır
3. . 3. Tüpler konveks ve ayaklı olacaktır.
4. 4. Tüplerin imalinde kullanılan borunun dış çapı 10 lt'ler için $139,7 \pm 1$ mm , boru et kalınlığı homojen ve standardında belirtilen değerlerde olacaktır.
5. 5. Tüplerin iç yüzeyleri çok iyi temizlenecek ,pas , kir , tufal bulunmayacaktır.
6. 6. Tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.
7. 7. Tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.
8. 8. Tüpler boyalı dolu , olarak teslim edilecektir.
9. 9. Tüplerin işletme ve deney basınçları 200/300 bar olacaktır.
10. 10. Tüpler imalatçısı firma 2010/35/EC Modül B+IS sertifikaları ile ,tüpe ait test sertifikalarını malla birlikte bir dosya halinde teslim edecektir.
11. 11. Tüpler onaylanmış kuruluş (TÜV) 0036 ve " π" markalı olacaktır.
12. 12. Yüklenici firmanın İl Sağlık Müdürlüklerinden alınmış " Medikal Gaz Satış İzin Belgesi " olmalı ve bu belge teklif ile birlikte verilmelidir.
13. 13. Yüklenici firmanın TSE 12426 belgesi olmalı bu belgede yetkili servisler kısmında Medikal Tüpler yazılı olmalıdır. Bu belge teklif ile beraber sunulmalıdır.
14. 14. Yüklenici firmanın Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında alınmış " Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik " belgesi olmalıdır. Bu belge teklif ile beraber sunulmalıdır.
15. 15. Yüklenici firmanın İl Sağlık Müdürlüklerince verilmiş " Tıbbi Cihaz Satış Yetki Belgesi " olmalıdır. Bu belge teklif ile beraber sunulmalıdır.
16. 16. Tüplerin üzerinde Hacettepe yazısı ve logosu olacaktır.

Cevdet Ersoylar
M. Ersoylar San.