



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 228
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 661

03.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.07.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beyma ULLUTAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SİTRİK ASİT TOZ	CLEAN CART-C TOZ KARTUŞ	1.000	Adet		
2	HEMODİYALİZ CİHAZI DEZENFEKSİYON KARTUŞU SODYUM KARBONAT TOZ	CLEAN CART-A TOZ KARTUŞ	1.000	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır

Clean Cart- C Toz Kartuş

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 32 gr Sitrik asit olmalıdır.
- 2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 2 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka AK96 ve AK 95 model hemodiyaliz cihazlarına uymalı,orijinal olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

Clean Cart- A Toz Kartuş

- 1-İçinde kullanıma hazır kartuş içinde 13 gr Sodyum karbonat olmalıdır.
- 2-Kartuş un dış yapısı polypropylene olmalıdır.
- 3-PH 11 Seyreltilmiş eriyik halinde olmalıdır.
- 4-Kartuş şeklinde olmalı ve Gambro marka Gambro marka AK96 ve AK 95 model hemodiyaliz cihazlarına uymalı , orijinal olmalı ve sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.
- 5- 93/42/EEC EK II Bölüm 3.2 Tebliğine uygun olduğu kanıtlanmalıdır.

Uzm.Dr. Umit KASIMOĞLU
İş Hastalıkları Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi
Dip. Tıbbi Fakültesi

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşiresi
D. Sertifikası No: 6739
Ağrı Devlet Hastanesi