



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 237  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 681

05.07.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 08.07.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin				KDV Hariç Teklif		
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI HEPA FİLTRESİ	ENDOSKOPİ YIKAMA MAKİNESİ FİLTRESİ	10	Adet		
2	ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI FİLTRE KABI	ENDOSKOPİ YIKAMA MAKİNESİ FİLTRE KABI	2	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

ENDOWASH MARKA 4100-4101 ve 4102 MODEL ENDOSKOPI YIKAMA MAKİNESİ  
FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Sıra No

1. 5 Mikron Giriş (Partikül) Filtresi ; Dış çapı 61 mm, İç çapı 28 mm, boyu 250 mm, max. Çalışma basıncı 6 bar.
2. 1 Mikron Çıkış (Partikül) Filtresi ; Dış Çapı 63 mm, İç çapı 28 mm, boyu 250 mm, Çalışma basıncı 6 bar.
3. Filtrelerin 1 yıl raf ömrü garanti kapsamında olduğu ve Endowash Markalı yıkama cihazlarına zarar vermeyeceğine dair uygunluk yazısı verilmelidir.

Op. Dr. Muhammed KAYA  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Uznt. Tes. No: 86274  
Ağrı Devlet Hastanesi

## ENDOWASH MARKA 4100-4101- 4102 MODEL ENDOSKOPİ YIKAMA MAKİNESİ FİLTRE KABİ ( HOUSİNG ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Filtre kabı ( housing ) iki kademeli olmalıdır.
- 2.Filtre kabının giriş-çıkış uçları pirinç malzeme olmamalı ve 3 çeyrek diş ölçülerine sahip olmalıdır.
- 3.Filtre kabı 10 inç filtrelele göre uygun olmalıdır.
- 4.Filtre kabı üzerinde 2 adet hava çıkış vanası bulunmalıdır.
5. Housing kavanozlarını açabilmek için anahtarı bulunmalıdır.

Op. Dr. MURMUR KAYA  
Genel Cerrahî Uzmanı  
Uzm. Tıp. No: 08774  
Ağrı Devlet Hastanesi