



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **NÜKLEER RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI(ORTAM DOZİMETRESİ) ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 12/07/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	NÜKLEER RADYASYON ÖLÇÜM CİHAZI(ORTAM DOZİMETRESİ)	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.

Uzm Dr Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ  
TIBBİ SEKRETER

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 1a774b1b-797d-454d-a65c-561ec4ce441d kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## DOZİMETRE STANDARTLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz gamma ve X-ışınlarına duyarlı olacaktır.
- Cihaz aynı anda radyasyon doz hızı ve radyasyon dozu ölçebilmelidir.
- Cihaz dijital LCD göstergeye sahip olmalıdır.
- Cihaz aşağıda verilen aralıklarda ölçüm yapabilmelidir.

### ÖLÇME ARALIĞI:

Personel gama ışıması eşdeğer doz oranı Hp(10):0.1...1 000 000;  $\pm 15\%$   $\mu\text{Sv/h}$   
Personel gama ışıması eşdeğer doz Hp(10): 0.001...9 999;  $\pm 15\%$  mSv  
enerji aralıkları: 0.05...6.0  $\pm 25\%$  MeV

- Cihazın ağırlığı yaklaşık 80 gr olmalıdır.
- Cihazın boyutları 100x60x10 den büyük olmamalıdır.
- Cihaz pilli veya şarj edilebilir olmalıdır.
- Cihaz aşağıda verilen menü işlevlerini yerine getirebilmelidir.

### Menü İşlevleri:

- Toplam Dozun görüntülenmesi,
- Toplam Dozun silinmesi,
- Doz Alarm seviyesinin görüntülenmesi ve değiştirilmesi,
- Doz hızı alarm seviyesinin görüntülenmesi ve değiştirilmesi.

Dr. Furkan Bulut  
Radyoloji Uzmanı  
