



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 263
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 814

01.08.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.08.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	PERİKARDİYOSENTEZ SETİ		20	Adet		
2	KRİKOTİROTOMİ SETİ PEDIATRİK	PERKÜTAN KRİKOTİROTOMİ	1	Adet		
3	KRİKOTİROTOMİ SETİ YENİDOĞAN	PERKÜTAN KRİKOTİROTOMİ	1	Adet		
4	KRİKOTİROTOMİ SETİ YETİŞKİN	PERKÜTAN KRİKOTİROTOMİ	1	Adet		
5	KULAK YIKAMA ENJEKTÖRÜ TEK KULLANIMLIK		10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

PERKÜTAN KRİKOTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Üst solunum yollarında acil girişim için kullanılacaktır.
- 2- Ürün PVC den üretilmiş olmalıdır.
- 3- Kanül erişkinler için 4 mm ve kafalı; çocuk için 2 mm ve kafsız; bebek için 1,5 mm ve kafsız olmalıdır.
- 4- Kanül içinde madeni mandren olmalıdır.
- 5- Resüsitatör için slikondan yapılmış bağlantı tüpü (catheter mount tubing) olmalıdır.
- 6- Aspirasyon için luer lock enjektör olmalıdır.
- 7- Hastanın boynuna sabitlenmesi için süngerden (foam) yapılmış tesbit bantı olmalıdır.
- 8- Ürünün tamamı kullanıma hazır steril tekli ambalajlarda olmalıdır.
- 9- Ürün üç farklı boy ve iki farklı modelden oluşmalıdır.
- 10-Erişkin boyu kafalı ve stoper renk kodlu, çocuk ve bebek boyu kafsız ve stoperleri renk kodlu olmalıdır.
- 11-Ürün, miadının bitmesinden en az 3 ay önce firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir.
- 12-Teslim alınmadan önce muayene için numune gönderilmelidir.

Agri Devlet Hastanesi
Acil Tıp
Uzm. Dr. Ebru BİYİKLİ
Dip. Tes. No: 126840


Uzm. Dr. Yakup KALE
Acil Tıp Uzmanı
Dip Tes No: 149604
Agri Devlet Hastanesi

KULAK İRRİGASYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 134 c de otoklavlanabilme
- Kulak yıkama enjektörü içinde lastik conta olmalıdır
- Bu conta sayesinde sıvı kaçağı olmadan basınçlı emiş sağlamalıdır.
- 1 şırınga, 1 aynе ve 3 uc probu olmalıdır.
- 100 ml'lik kapasitede olmalıdır.

Uzm. Dr. Yakup KALE
Acil Tıp Uzmanı
Dip Tes No: 149604
Ağrı Devlet Hastanesi

Ağrı Devlet Hastanesi
Acil Tıp
Uzm. Dr. Ebru ERKİLİ
Dip. Tes. No: 126840



SET PERİKARDİYOSENTEZTEKNİK ŞARTNAMESİ

8.16/2019

1. Perikard'da oluşan sıvıyı drenaj etmeye uygun olmalıdır.
2. Kateter 6 adet drenaj deliğine sahip olmalıdır.
3. Set içerisinde;
 - a. 1 adet 8.3 F kalınlıkta 40 cm uzunluğunda perikardiyosentezkateteri,
 - b. 1 adet katetere uyumlu 3mm J uçlu 70cm guidewire,
 - c. 1 adet giriş için kılıfı 18 G, 15 cm iğne,
 - d. 1 adet drenaj torbasına bağlantı için ara bağlantı,
 - e. 1 adet 3'lü musluk,
 - f. 1 adet drenaj torbası,
 - g. 1 adet multipurposetubing adaptör,
 - h. 1 adet alligatorclipcable bulunmalıdır.
4. Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
5. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Uzm. Dr. Yakup KALE
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 149604
Ağrı Devlet Hastanesi

SAĞLIK BAKANLIĞI
AĞRI DEVLET HASTANESİ
Uzm. Dr. Hüseyin YÜZER
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tes. No: 156518