



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 257
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 820

01.08.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.08.2019 saat: 17:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin | | | | | KDV Hariç Teklif | |
|-------------------------------|--|----------|---------|--------|------------------|-------|
| S.No | Malın/İşin Cinsi | Açıklama | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | NÖROVASKÜLER MİKROKATETER AKIM YÖNLENDİRMELİ ÖRGÜLÜ/ÖRGÜSÜZ DMSO UYUMLU AYRILABİLİR UÇLU, EMBOLİZAN AJAN KULLANIMI İÇİN (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE) | | 10 | Adet | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | |

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

EMBOLİZAN AJAN ŞARTNAMESİ

- 1) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinden kapatılması işlemi için uygun olmalıdır.
- 2) Vein sealing sistem içerisinden verilebilmelidir.
- 3) Sistem içerisinde embolizan ajan uyumlu PTFEE teslim kateteri bulunmalıdır.
- 4) İşlemin ultrason ile takibi için uyumlu teslim kateterinin distal ucunda 10 mm uzunluğunda nitinol plaka bulunmalıdır.
- 5) Embolizan ajan kateteri sapheno-femoral bileşkeye 1 cm den uzaklıkta iletim sağlayabilmelidir.
- 6) Embolizan ajan uyumlu kateteri üzerinde karşılıklı 100 mikron çapında çoklu mikroporlar bulunmalı ve ajan iletimi dairesel şekilde mevcut mikroporlardan yapılmalıdır.
- 7) 1 cc lik plastik şişede steril edilmiş halde bulunmalıdır.
- 8) Yüksek yoğunluklu olmalıdır.
- 9) Vein sealin ajan disposable ve steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir .
- 10) Vein sealin ajan, tabanca kilit mekanizmasına uyumlu mikrotelim kateterinden , fasıllı olarak her 5 sn lik atımda her 1-3 cm'lik damar segmentine 0,1 cc ajan zerkedilebilir özellikte her 10 cm lik segmente 0,3 cc gidebilecek yoğunlukta olmalıdır.
- 11)İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
- 12)Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve/veya Biyomedikal Mühendisi bulunmalıdır.
- 13)İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 14)İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.