



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 292  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 945

04.09.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.09.2019 saat: 16:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VAKUMLU, SEDİMANASYON TÜPÜ, SİTRATLI, SIYAH KAPAKLI	SEDİMANASYON TÜPÜ	2.000	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

**A. KONU:**Ağrı Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvarında “Sedimentasyon Testinin” yapılabilmesi için alınacak olan sedimentasyon tüpü teknik şartnamesidir.

**B. SEDİMENTASYON TÜPLERİNİN ÖZELLİKLERİ:**

1. Alımı yapılacak olansedimentasyon tüplerinin sayısı:

No	SUT Kodu	Tetkik Adı	Test Miktarı
1	903.400	Sedimentasyon	2.000 (ikibin) adet tüp

- Tüm tüpler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşınmalı, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, LOT numarası belirtilmiş olmalıdır.
- Tüplerin CE belgesi olmalıdır.
- Satın alınacak sedimentasyon tüpleri; sitratlı olup, toplam 2 ml hacmi geçmemelidir. Ayrıca cam malzemeden yapılmış olup, orijinal ambalajında ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Teklif edilen sedimentasyon tüplerinin manuel kullanımına uygun 3 (üç) adet sedimentasyon sehpası verilmelidir.
- Tüpler, steril, vakumlu olmalıdır. Üzerinde kan alabileceği sınırı gösteren işaretler olmalıdır. Vakumların ayarı rakıma bağlı basınç farkı gözetilerek yapılmış olmalıdır. Tüplerin vakumlarında herhangi bir sorun olduğunda yüklenici tarafından derhal yenileri ile değiştirilecektir.
- Tüplerin miyadları teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olacaktır.
- Tüp kapakları vakumlu sistemle çalışmaya uygun olmalıdır ve vakum özelliği en az 1 yıl değişmemelidir. Vakum problemi olan tüpler,derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- Tüplerin üzerinde kaç ml kan çekeceği, sodyum sitrat oranı bulunmalıdır.
- Tüplerin uygunluğu biyokimya uzmanı tarafından denenip onaylanacaktır.
- Hatalı sonuçlara neden olduğu kanıtlanan veya üretim hatası olan tüpler, derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
- Laboratuvar malzemelerin teslim alınmadan önceki transport, kötü koşullarda saklanma, fiziksel hasar dahil oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşınmaz.Kullanım sırasında fark edilecek olan bu tür sorunlarda malzemeler derhal yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

Ağrı Devlet Hastanesi  
Dr. Barış PERSİL  
Tıbbi Biyokimya Uzm.  
Dip Tescil No 126363

13. Kitler 09 OCAK 2007 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğine" uygun şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş olmalıdır.

Ağr Devlet Hastanesi  
Dr. Barış PERSİL  
Tıbbi Biyokimya Uzm.  
Dip. Tescil No 126363

Ağr Devlet Hastanesi  
Dr. Barış PERSİL  
Tıbbi Biyokimya Uzm.  
Dip. Tescil No 126363