



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**PATNOS DEVLET HASTANESİ**

Sayı : 389  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1003

12.09.2019

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 13.09.2019 saat: 14:30'a kadar olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak ÇAPACI  
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	MEŞ PLAK TİTANYUM KESİLEBİLEN (26 CM <sup>2</sup> - 125 CM <sup>2</sup> ) (OR5000)		1	Adet		
2	KENDİNDEN YİV AÇAN/STANDART TİTANYUM/COCR KORTİKAL KİLİTSİZ 1.0 - 3.0MM VİDA TÜM BOYLAR (TV1010)	MİMİ TİTANYUM VİDA	20	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

# DÜŞÜK PROFİL PLAK SİSTEMİ

## 1-PLAKLAR

**Düz Plaklar;** 2 delikli plaklar( 8-12mm merkez aralıkta), 4 delikli plaklar (6-8-10mm merkez aralıkta),6 delikli plaklar (12mm),ve 8-16-18-30 delikli plaklar olmalıdır.

**L plaklar;** Sağ ve sol olmak üzere 4 delikli ( 6-8-10-12mm merkez aralığında),5 delikli (12mm merkez aralığında) olmalıdır.

**T plaklar;** 4 delikli (8-12mm merkez aralığında),5 delikli (10mm merkez aralığında),6 delikli ve double 6 delikli plaklar olmalıdır.

**Y plakalar;** 5 delikli (12-16mm merkez aralığında),double 6 – 7 delikli ve 6 double (8mm merkez aralığında)plaklar olmalıdır.

**Orbital Plaklar;** 4-6-8-10 delikli plaklar olmalıdır.

**Beşgen Kanallı Plakalar;** Çapları 7mm-10mm-14mm olmalıdır.

**Kare Plaklar;** 4-6-8-24 delikli olmalıdır.

**Dikdörtgen Plaklar,**4-6-8-24 delikli olmalıdır.

**Neuro Gap Plakları;**Small,medium,large seçenekleri olmalıdır.

**Neuro Sub-temporal Plaklar;**Small ve large seçenekleri olmalıdır.

**Düz Mesh Plaklar;**

60x60x0.1mm,120x60x0.1mm,120x120x0.1mm,60x60x0.2mm,120x60x0.2mm,120x120x0.2 mm ebatlarda olmalıdır.

**Delikli Mesh Plaklar;**80x50x0.3mm,80x50x0.6mm ebatlarda olmalıdır.

## 2-VİDALAR

**+ (artı)Başlı Vidalar;** 1.6mm çapında(3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-17-19mm)uzunluklarında,1.9mm çapında(5-7-9-11mm)uzunluğunda hem self tapping özelliğe hem de self drilling özelliğe vidalar olmalıdır.

**# (kare) Başlı Vidalar;** 1.6mm çapında(3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-17-19mm) uzunluklarında.1.9mm çapında(5-7-9-11mm)uzunluğunda hem self tapping hemde self drilling özelliğe vidalar olmalıdır.

## 3-CERRAHİ SET

Set içerisinde plak kesici,plak tutucu,plak bükücü,plak sabitleyici kanal tutuculu,vida sürücü,vida tutucu,sabit vida sürücü,mesafe ölçer 30mm ye kadar,1.3 drill 31-34-47-50mm uzunluğa kadar,

**4-Set içerisinde tüm implant ve el aletlerinin ayrı ayrı yerleri olmalı ve isimleri yazmalıdır.**

**5-Tüm plaklar 1.6mm ve 2.0mm kalınlığında olmalıdır.**

**6-Tüm implantlar, titanyum materyalden imal edilmiş olmalıdır.**

**7- Yüklenici firma, teslim edilen ürünler ile birlikte vaka esnasında gerekli cerrahi uygulama set, aparat ve aksesuarlarını temin etmelidir. Cerrahi uygulama setleri şu özellikte olmalıdır;**

**a. Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantları, korunması ve steril edilmesi için özel sterilizasyon kapları içinde olmalıdır.**

**b. Cerrahi uygulama aletleri, kolay kullanılabilir özellikte olmalıdır.**

**8. Teklif edilen ürünlerin tamamı, MR görüntüleme ferromanyetik etki oluşturmayacak özellikte olmalıdır.Teklif edilen ürünlerin ve enstrumanların tamamı birbiri ile uyumlu olmalıdır.**

**9. Yüklenici firma, vereceği ürün ölçülerini kliniğin ihtiyaçlarına göre belirleyecek, sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçülerdeki ürünleri istenilen ölçüdeki ürün ile değiştirmeyi kabul edecektir.**

**10. Ürünler, CE belgesine sahip olmalı ve CE işareti ürün üzerinde belirtilmiş olmalıdır.**

- 11.** Yüklenci firma, ürünlerin vaka esnasında steril şartlarda sunumunu sağlamalı ve ürünlerin parti seri (LOT) numarası ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.
- 12.** Malzemeyi teklif eden firma, distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
- 13.** Üretici firma tarafından teslim edilen malzemelerin orijinal olduğu, firma kodları, üretim parti seri numaraları ( LOT no ) ve teslim edilen adetleri belirtir liste ile yazılı olarak garanti edilmiş olmalıdır.
- 14.** Son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.
- 15.** Teklif edilen ürünler, ulusal bilgi bankası onayına sahip olmalı, onaylı ürün (barkod) numarası teklif ile birlikte sunulmalıdır.
- 16.** Yüklenci firma, ürünlere ait marka adı, barkod numarası üretici firma adı, varsa model numarası, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini teklif ile birlikte sunmalı ve ayrıca ürün ile birlikte teslim etmelidir.
- 17.** Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bulunmalıdır.

*Op.Dr. Kadir ALTAŞ*  
*Beyin Cerrahi Uzmanı*  
*Dip. Tescil No:153802*  
*Patnos Devlet Hastanesi*