



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **MUSLUKLU İDRAR TORBASI ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/09/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
NAZAN ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	MUSLUKLU İDRAR TORBASI	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30  
e-Posta: serra.kirac@saçlık.gov.tr İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ  
TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

<http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e67049cd-65f0-4a51-8d0f-4ecc18b18f29 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 CC. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı ve 2000ml, kapasiteli olmalı
2. Torba 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru olarak göstermeli
3. Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen valf sistemi olmalı
4. **Torbanın hortum kısmında klemp olmalı, kleplendiğinde hortuma zarar vermemeli, kendiliğinden açılmamalı**
5. İdrarın hastaya geri dönüşü engelleyen valf sistemi idrarın torbaya akışını engellemeyecek nitelikte olmalı
6. Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı sızdırmamalı, aşağı çekerken musluk yerinden çıkmamalı
7. Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askılarına takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç veya ek kesici alet gerektirmemeli
8. İdrar torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı, torba dolu iken patlamamalı
9. Torba tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde olmalı yada tekrar çıkarılıp takıldığında delikler kolay yırtılmamalı
10. Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalı
11. Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı, konnektör ve kapak farklı renklerde olmalıdır.
12. Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı, sondayla uyumlu olmalı, idrar sızdırmamalı ve hiçbir şekilde sondadan ayrılmamalı
13. Örnek alma portu olmalı
14. Torbanın her iki yüzü ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmeyecek nitelikte olmalı.
15. Hortum uzunluğu en az 80 cm. olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortumda gerilme oluşturmayacak, hortum idrar geçişini engellemeyecek ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluşturmayacak sertlikte olmalı.
16. İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı, idrar dolmaya başladığında hava dolmamalı
17. Torba dolduğunda hortum boyu uzamamalı, hortum genişliği sedye ve yatak kenarlarının oluşturduğu baskı ile idrar geçişini engellemeyecek, gerilme, bükülme yada kırılma oluşturmayacak yapıda olmalı.
18. Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı
19. İdrarın ısısı ile hortum biçim değiştirmemelidir.
20. Ambalajın üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalı.
21. **Her 200 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya ve rahataça elle taşınaya uygun paslanmaz malzemeden üretilmiş iki tarafı çentikli idrar torbası hortumununun bükülmesini önleyen sabitleyici bulunan metal uç kısımları torbayı delmeyecek özellikte olan idrar torbası askısı birlikte verilmeli ve değerlendirme için numune getirilmelidir.**
22. 10 adet numune teslim edilmelidir.
23. **İhale sonrası alımı yapılan idrar torbasında seri hata çıkması halinde ait olan numaranın tüm idrar torbaları yeni ürünle değiştirilmelidir.**

UĞUR AŞKAYA  
TAŞINMA KAYIT VE  
KONTROL BİRETLİĞİ