



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR
ERYILMAZ DR. SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ
17/09/2019 16:24 - 68917221 - 949 - E.1421



Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **3 KALEM MALZEME ALIMI İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/09/2019 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-izmalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür Yardımcısı

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MIKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BİPAP CPAP ORONASAL MASKE SETİ S	ADET	5		
2	BİPAP CPAP ORONASAL MASKE SETİ M	ADET	20		
3	BİPAP CPAP ORONASAL MASKE SETİ L	ADET	20		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-izmalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47 Belgegeçer: 0472 312 54 47e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 37ac2ee4-ab17-437a-9cce-971cdafdc341 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

DISPOSABLE CPAP, BİPAP ORONASAL MASKE SETİ

- 1) Maskeler, Yoğun Bakım ünitelerin de bulunan ventilatörler de (NIV Modeli), CPAP modunda (eksprium çıkış-inhalasyon valfi) ve noninvaziv, yoğun bakım ve servisler de bulunan BİPAP/CPAP cihazlarında (ekshalasyon valfi) kullanılmak üzere 3 farklı tipte olmalıdır.
- 2) Maske seti maske ve kafa bandı içermelidir.
- 3) Maske ağız ve burnu içine almalıdır.
- 4) Her 3 farklı tipte uygulanacak tedavi modların da kullanılacak maskelerin konnektörleri ayrı renklerle işaretlenmiş olmalıdır.
- 5) Maske yüze takıldığında hava kaçağı yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Yüze temas eden kısmı , kaliteli ve en yumuşak olan maskeler tercih edilecektir.
- 6) Maske kafa bandı kolay yırtılmayan çok sert olmayan elastik olmalıdır.
- 7) Maske üzerinde, kullanım kolaylığı açısından ve maskelerin daha uzun süreli kullanılmalarını sağlamak amacıyla alın destekli bulunmamalıdır.
- 8) Maske, hastanın burnu üzerine fazla baskı oluşturmaması, oluşabilecek burun nekrozlarının önlenmesi için, yeterli uzunlukta çenelik bulunmalı, bu sayede maskenin yüze tam oturması sağlanmalıdır.
- 9) Maske, oksijen girişi ve basınç ölçümü gibi amaçlarla kullanılabilir en az 1 giriş portuna sahip olmalıdır.
- 10) Maske üzerinde metal aksam bulunmamalı, yüze temas eden kısmı maskeden ayrılmamalıdır. Maske şişme yastıklı olmamalıdır.
- 11) Maske üzerinde başlığın kolay takılıp çıkarılması için klipsleri olmalıdır. Başlık en az 4 farklı noktadan bağlantı ve en az 5 farklı noktadan yüze tam oturmasını sağlayacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.
- 12) NIV model maskeler de ventilatörler de uygulanan mod gereği maske üzerinde herhangi bir hava kaçağına sebebiyet verecek herhangi bir çıkış bulunmamalıdır.
- 13) CPAP modunda kullanılacak maskeler de ekshalasyon valfinin üzerinde ikinci bir çıkış kanalı bulunmalıdır. Eksprium esnasında fazla hava bu kanaldan çıkabilmelidir.
- 14) BİPAP cihazların da kullanılacak maske modellerin de ekshalasyon valfi olmalı, Bu valf sayesinde hasta devresinde basınç olmadığı zaman, hasta oda havasından solunum yapabilmelidir.
- 15) Maskeye takılacak hortumun saat yönünde veya tersi yönde dönmesi sırasında maskeye kuvvet uygulanmaması için, her 3 model de de maske üzerinde rotasyonu sağlayacak parçası olmalıdır. Maske üzerinde hortumun takıldığı konnektör üzerinde tırnak bulunmalı, bu tırnaklar sayesinde hortum, maskeden rahat ayrılabilir.
- 16) Maske üzerinde bulunan portlar, gerektiğinde değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
- 17) İhaleyi alan firma uygun yüz maskesinin ölçülmesi amacıyla çok kullanımlık, yüz ölçüm cetvellerinden de vermelidir.
- 18) Maske orjinal kutusunda yer almalı ve her kutuda ürünün özelliklerini anlatan broşür bulunmalıdır.

19) Teklif edilen tüm model ve boylar için Sağlık Bakanlığında Onaylı UBB Barkod numaraları olmalı ve bu liste ihale dosyasına konulmalıdır.

20) Teklif veren firmalar 1^{er} adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.



UĞUR BAŞKAYA
TAŞINIR KONTROL VE
KONTROL LİSTESİ