STERİL SODYUM TİYOSÜLFATLI PLASTİK PET NUMUNE ŞİŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - Numune şişelerinin tabanı düz olmalı kapak ve gövde kısmı polietilen veya polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2 - Numune şişeleri koyu renkte olmalıdır.

3 - Numune şişeleri 500 mL hacimli, dikdörtgen veya kare şeklinde olmalıdır. Ağız çapı 50mm olmalıdır.

4 - Numune şişeleri hava geçirmeyen, açılmadığı sürece sterilizesini koruyan vidalı kilit kapak sistemine sahip olmalıdır.

5 - Numune şişeleri steril ve sızdırmaz olmalıdır. Sterilizasyon gama radyasyonla TS EN ISO 19458'e uygun olarak yetkili ve bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmalı ve belgelendirilmelidir. Yapılan sızdırmazlık testleri belgelendirilmelidir. Numune şişeleri yaklaşık %90 doluluğa getirilip çalkalandıktan sonra sızdırma meydana gelmemelidir.

6 - Şişe üzerinde kabartmalı taksimatlandırma olmalıdır.(numunenin ne kadar alındığını öğrenmek için)

7 - Şişe üzerinde etiket bilgisi olmalıdır.

8 - Alınacak numunedeki serbest ve kalıntı kloru tamponlamak amacıyla alınacak numune kapları **"Sodyum Tiyosülfat"** içermelidir.

Serife YILDIRIM
Çevre Sağlık Teknisyeni

K. Arda ŞİMŞEK
Çevre Sağlık Teknikeri

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 8e4b2603-f207-47f6-b9f4-0cf2092827dd kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Scanned with CamScanner

NUMUNE ŞİŞESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Numune şişelerinin tabanı düz olmalıdır.

2. Numune şişeleri renksiz (şeffaf) olmalıdır.

3. Numune şişeleri 1500 ml hacimli, silindirik, dikdörtgen veya kare şeklinde, polietilen tereftalat malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4. Pet kapak HDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.

5.Numune şişeleri hava geçirmeyen, açılmadığı sürece sterilizesini koruyan vidalı kilit kapak sistemine sahip olmalıdır.

6. Numune şişeleri kimyasal olarak temiz ve sızdırmaz olmalıdır.

Şerif YILDIRIM
Çevre Sağlık Teknisyeni

K.Arda ŞİMŞEK
Çevre Sağlık Teknikeri

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 8e4b2603-f207-47f6-b9f4-0cf2092827dc kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Scanned with CamScanner