



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 319  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1086

27.09.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.09.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Cenap İŞİK  
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SODA LİME 5 KG		300	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden  
.../.../2019  
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## SODA LİME TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.ÜRÜNÜN İÇERİSİNDE KALSİYUM KLORÜR (CACI<sub>2</sub>) BULUNMALIDIR.ÜRÜNÜN BİLEŞİMİNDE %80'İN ÜZERİNDE CAO<sub>2</sub> VE H<sub>2</sub>O(KALSİYUM HİDROKSİT VE SU) BULUNMALIDIR. İÇERİĞİNDE TEMEL MADDE OLARAK NAOH(SODYUM HİDROKSİT) BULUNMALIDIR.
- 2.ÜRÜNÜN EN AZ BİR RENK İNDİKATÖRÜ İÇERMELİDİR.
3. ÜRÜNÜN GRANÜLLERİNİN HER BİRİ DÜZGÜN PARÇACIKLARDAN (2,5-5MM) OLUŞMALIDIR. BU SAYEDE EKSPİRE EDİLEN HAVANIN ÜRÜNDE GEÇİŞİNİN KOLAYLIKLA SAĞLANABİLMESİ İÇİN PARÇACIKLARIN DÜZGÜN DAĞILIMI GERÇEKLEŞMELİDİR.
- 4.ÜRÜNDE ZAMANLA KULLANIMDAN DOLAYI OLUŞAN RENK DEĞİŞİMİ EŞİT ŞEKİLDE OLMALIDIR.
- 5.CO<sub>2</sub> TUTMA KAPASİTESİ USB<sub>23</sub> VERİLERİNE GÖRE %22'NİN ALTINDA OLMAMALIDIR.
- 6.ÜRÜNÜN MUHAFAZA EDİLDİĞİ KUTUYA MİNİMUM DÜZEYDE TOZ BIRAKILMALI VE SAKLAMA ÖMRÜ EN AZ 3 YIL OLMALIDIR.
- 7.ÜRÜNDE CO (KARBON MONOKSİT) OLUŞMA RİSKİ SIFIR OLMALIDIR.BU SAYEDE ÜRÜN UZUN SÜRE KULLANILMADIĞINDA VE KURUDUĞUNDA ANESTEZİK GAZLARLA TEPKİMEYE GİRİP CO OLUŞTURMAMALIDIR.
- 8.ÜRÜN KULLANILDIKTAN SONRA KAZANDIĞI RENK EN AZ 2(İKİ) HAFTA BOYUNCA HERHANGİ BİR DEĞİŞİME UĞRAMAMALI, RENK REJERASYONUNA OLANAK VERMEYEREK KULLANICIYI YANILTMAMALIDIR.
- 9.20 LİTRELİK BİDONLARDA OLMALIDIR.
10. SATIN ALINACAK SODA LİME NUMUNE ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNDEN, FİRMALAR BİRER ADET NUMUNE VERMELİDİR.

**Rahim ALTUN**  
Anestezi Sorumlusu  
Ağrı Devlet Hastanesi