T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 408 08.10.2019
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1116

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.10.2019 saat: 13:30'a kadar iletmeniz olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Mustafa Erkin SARSU
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	**Malın/İşin Cinsi**	**Açıklama**	**Miktarı**	**Birimi**	**Fiyat**	**Tutar**
1	KORUYUCU MALZEMELER, KORUYUCU DONANIM KURŞUN GÖZLÜK		3	Adet		
					KDV Hariç Genel Toplam	

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

Bilgi İçin : Mehmet Sena ULAŞ -

RADYASYONDAN KORUYUCU KURSUN CAMLI GÖZLÜK

1.X-Işınına karşı 0,75 mm Pb (Kurşun) eşdeğerli koruma sağlamalıdır.

2·Gözlük Camları Yüksek-Işık İletme özelliğine ve daha fazla görünür ışık özelliğine sahip olmalıdır.

3·Radyasyona karşı özel olarak yapılmış kurşunlu Gözlük Camları kullanılmış olmalıdır. Kesinlikle gözlük camı maksadıyla yapılmamış düz kurşunlu camlar kullanılmamalıdır.

4·Yüksek darbe ve kimyasallara karşı dayanıklı çerçeveden yapılmış olmalıdır.

5 ·Başı saran sakak dizaynı ile tasarımı estetik olmalı ve maksimum koruma sağlamalıdır.

6·Hafif olmalıdır.

7·Gözü sıçrayan ve ayrıca yanlardan da gelebilecek x-ışınlarına karşı koruyacak nitelikte dizayn edilmiş olmalıdır.

Kullanımı kolaylaştırmak, düşmeyi engellemek üzere boyun tutucusu bulunmalıdır

8·Taşıma ve saklama maksadıyla kutusu bulunmalıdır.

9·Gözlükler göz ve görme sağlığının korunması devamının sağanması bakımından Uluslararası EN 61331-1:2002

standartlarına:Tıpta teşhis amaçlı kullanılan X-Işınına karşı koruyucu cihazlara ait standarda uygun olmalıdır.

10·CE Belgesi bulunmalıdır. (CE işareti ile birlikte dört haneli Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Numarası olmalıdır.)

11·X-Işınına karşı koruyucu özellikleri ve koruma oranları, yapılan test sonuçları ile belgelendirilmelidir

Değerlendirmeler numune üzerinden yapılmalıdır

Op.Dr. Halis Kayhan TUTCU
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Diş Tes. No:141603133769