



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 371
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1254

31.10.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 04.11.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beyma UTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	GÖZ YIKAMA SOLÜSYONU DEKONTAMİNASYON KİTİ		10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

GÖZ YIKAMA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göz duşları en az 500 ml sıvı halde ve steril olmalıdır.
2. Göz duşları duvara monte edilebilir kutu içerisinde, set şeklinde 2 (iki) şişeli olmalıdır.
3. Göz duşu solüsyonu tıbbi laboratuvarlarda kullanıma uygun olmalıdır.
4. Uygulandıktan kısa bir süre sonra gözü nötralize etme özelliği olmalıdır.
5. Göz duşu solüsyon şişesinin üzerinde ergonomik göz yıkama kapağı bulunmalıdır.
6. Kullanımı ve ulaşılabilirliği kolay olmalıdır.
7. Göze uygulandığında Gözün Ph derecesini bozmamalıdır.
8. Her bir ürünün yanında kullanım şeklini anlatan uyarı ve işaret levhası bulunmalıdır.
9. Asit ve alkali sızramalarında kullanılacak özelliklerde olmalıdır.
10. Tek göz kullanım özelliğinde olmalıdır.
11. Diphoterine (Amfoterik) madde içermelidir.
12. Ergonomik göz aparatı ile taşınabilir olmalıdır.
13. Üründen kaynaklı aksaklıklar oluştuğunda firmalar hatalı çıkan ürünleri 1 ay içerisinde yenisi ile değiştirmelidir.
14. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
15. Göz duşlarının en az 3 yıl Raf Ömrü olmalıdır.
16. Bu şartnameyi ürünü temin eden firma okumuş ve kabul etmiş sayılır.
17. Bu şartname tek sayfadan oluşmaktadır.

Uzm. Dr. Mesut BULUT
Mikrobiyoloji Uzmanı
Dip. No: 119338
Göğ. Devlet Hastanesi