T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 377 05.09.2019
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 959

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2019 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak ÇAPACI
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	VENTİLATÖR / RESPİRATÖR CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA 12 V 4 A	GE ENGSTROM VENTİLATÖR BATARYA	2	Adet		
					KDV Hariç Genel Toplam	

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
Bilgi İçin : Mehmet Sena ULAŞ -

GE ENGSTROM VENTİLATÖR BATARYA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.parça RECHARGEABLE 12V 4 AH (1009-5682-000)dir.

2.batarya GE marka ENGSTROM CARESTATİON cihazına uyumlu olmalıdır

3.Parça orijinal olmalı ve teslimat sırasında orijinal ambalajında olmalıdır.

4.parçanın üzerinde üretim tarihi ve son şarj tarihi olmalıdır.

5.parça raf ömrünü doldurmamış olmalı ve 2 aydan daha eski olmamalıdır.

6.parça cihazın şarj kartı ile uyumlu olmalıdır.

7.parça şarj edildikten sonra cihazı en az 1 saat çalıştırmalıdır

8.parça 1 yıl garantili olmalıdır.

9.parça cihaza takılıp çalıştığı teyit edildikten sonra teslim alınacaktır.

10.parça için GE yetki belgesi olmalıdır

Müfid KURUŞ
Yoğunbakım sorumlu hemşiresi