



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 385
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1287

08.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 11.11.2019 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	EEG ELEKTRODU YUVARLAK		20	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

KAPALI TİP ALTIN KAPLAMA EEG ELEKTRODU ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen elektrodlar EEG ünitemizde kullanılan mevcut EEG cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Elektrodlar cihazın giriş kutusuna uygun din type konnektörlü (cihaza uyumluluk, çekim sırasında artefak oluşturmaması için) orijinal firma üretimi olacaktır.
3. EEG elektrodlar altın kaplama olmalıdır.
4. Altın ucun üzeri siyah plastikle kaplı olmalıdır. Böylece kolay kopmamalıdır.
5. Her bir kablo farklı renkli, 150cm uzunluğunda olmalı, karışmamalıdır.
6. Elektrodun çapı 10mm olmalıdır.
7. Kablolar kolay kopmayacak şekilde kalın ve esnek olmalıdır.
8. Kablolar TSE'ne uygun olmalıdır.
9. Teklif edilen EEG elektrodlar numune değerlendirmesine göre alımı yapılacaktır.
10. Muayene kabulde Numune beğenilmediği takdirde hiçbir sebep gösterilmeksizin geri iade edilebilecektir.

Fırat DURAK
Ağrı Devlet Hastanesi
Biyomedikal Sorumlusu

