



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 479
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1384

28.11.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.12.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	SICAKLIK ÖLÇÜM, DİJİTAL, ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI / TERMOHİGROMETRE	DİJİTAL ATEŞ ÖLÇER	50	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

DIJİTAL ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 01-Ağız, koltuk altı ve makattan ateş ölçebilmelidir.
- 02-Açma kapama düğmesi ve güç tasarrufu için otomatik kapanma sistemi olmalıdır.
- 03-10sn ile 60 sn gibi süreler arasında ısıyı çabuk ölçebilir olmalıdır.
- 04-Otomatik kontrol özelliği olmalıdır.
- 05-Su geçirmez özellikte olmalıdır.
- 06-Ölçüm sonunda sinyal vermelidir.
- 07-Cam ve cıva içermemelidir.
- 08-Anti alerjik olmalıdır.
- 09-Düz yada bükülebilme imkanına sahip uç kısmı olmalıdır.
- 10-Dezenfekte edilebilir olmalıdır.
- 11-Hafızası olmalıdır.
- 12-LCD ekran kolay okunabilir özellikte olmalıdır.
- 13-Ölçüm aralığı 32.0-44.0C arasında olmalıdır.
- 14-+/-0.1 ölçüm aralığı olmalıdır.
- 15-Uzun ömürlü ve piller dahil olmalıdır.
- 16-Sesli uyarı olmalıdır.
- 17-Düşük pil göstergesi olmalıdır.
- 18-Koruyucu kapak olmalıdır
- 19-Cihazın Türkçe kullanım klavuzu olmalıdır.
- 20- 2 yıl garanti süresi olmalıdır.
- 21- Her cihaz için yedek pil teslim edilecektir.

Yılmaz KAYA
Hemşire