



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR ERYILMAZ DEVLET  
HASTANESİ - AĞRI DOĞUBAYAZIT DR. YAŞAR  
ERYILMAZ DH SATIN ALMA VE MALİ İŞLER BİRİMİ  
17/12/2019 16:28 - 68917221 - 949 - E.2022



Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ENDODONTİK MOTOR ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 20/12/2019 tarih ve saat 11:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	ENDODONTİK MOTOR	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a619dd40-cc9e-4105-91d1-8048ad5e175c kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRIÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

### **Apex locater'lı endodontik motor**

- > Tork hız ve program ayarlarının yapıldığı ve kanala girildiğinde mesafeyi gösteren masaüstü ekran kısmı ile endodontik tedavide kullanılacak anguldruva ve mikromotordan oluşmalıdır.
- > Preperasyonda ve kanal derinlik tespitinde kullanılabilir. Her iki fonksiyon hem eş zamanlı hem de ayrı ayrı kullanılabilir.
- > İyi düşünülmüş çıkış fonksiyonları ve kolay kullanım menü rehberi olmalıdır.
- > Tüm ayarlar değiştirilebilir ve kaydedilebilir.
- > Hafızada kayıtlı en az 15 hız ve tork ayarı programı olmalıdır.
- > Cihazda en az iki dil desteği bulunmalıdır.
- > Hafızada kayıtlı 15 farklı NiTi eğe sistemi haricinde, 15 farklı kayıt edilebilir program seçeneği olmalıdır.
- > Apexe ulaştınca otomatik durma özelliği olmalıdır. Bu özellik istenildiğinde kapatılabilir.
- > X ışını kullanmadan güvenilir kanal boyu tespiti yapılabilir.
- > Autoreverse özelliği olmalıdır.
- > Cihazın emniyet özellikleri, tork kontrolü, akustik sinyalleri ve otomatik duruş / dönüş fonksiyonu ile sağlanmalıdır.
- > Cihaz ayrıca istenildiğinde reciproc eğe ile de çalışmalıdır.
- > Kalsifiye ve dar kanallar için ek programı olmalıdır.
- > Anatomisi zor olan kanallar için ek programlar bulunmalıdır.
- > Cihaz 6:1 başlık ve ayak kontrolüne sahip olmalıdır.
- > Cihaz şarj esnasında çalışabilir.
- > Cihazın mikro motoru kablolu olmalıdır.
- > 3 saatte şarj edilebilir.
- > Pedallı ve pedalsız çalışabilir.
- > Cihaz ile birlikte pedal verilmelidir.
- > Cihazda tek bir tuşla otomatik olarak kalibrasyon yapılabilir ve test sonucu ekranın üzerinde görülmelidir.
- > Auto reverse özelliği kapalı durumda iken cihaz istenildiğinde saat yönünün tersine de çalışabilir.
- > Cihazın tahrik mili devir alanı 1.200 - 19.200 rpm olmalıdır.
- > Cihazın kullanılabilir devir alanı 200 ile maksimum 3.200 rpm arasında olmalıdır.
- > Cihazın kullanılabilir tork aralığı 20- 500gcm olmalıdır.
- > Cihazın toplam ağırlığı 1100 gr olmalıdır.
- > Kanal içerisinde çalışırken eğenin sıkışması, apekse gelmesi durumunda sesli uyarı vermelidir.
- > Anguldruvası ve gerekli aparatları birlikte verilmelidir.
- > Kanal, kanlı olduğunda da ölçüm yapılabilir.
- > Cihaz kullanımına ara verildiğinde pil kapasitesini korumak için 10 dakika sonra uyku moduna geçmelidir. Uyku modu bekledikten 30 dakika sonra kendiliğinden kapanmalıdır.
- > Cihaz rotary dönüş yapılabilir.
- > Her bir cihaz ile beraber tek uzunluk sistemine (modifiye step back) göre çalışan, 04, 05, 06, 07 taper açlarına sahip 3 adet 4'lü blister Ni-ti eğesi Verilecektir.

*Mehmet Arif İleri*  
*Arif*