



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949

Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **18 KALEM MALZEME ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **23/01/2020** tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	BİSTÜRİ	ADET	2		
2	DOKU PENSETİ	ADET	2		
3	DİSEKSİYON PENSETİ	ADET	2		
4	PEAN PENSİ	ADET	4		
5	DOKU MAKASI	ADET	2		
6	PORTEGUE	ADET	4		
7	MESANE EKARTÖRÜ	ADET	2		
8	ROUXEKARTÖR	ADET	2		
9	OVER PENSİ	ADET	6		
10	İP MAKASI	ADET	2		
11	KOHER PENSİ	ADET	4		
12	MOSGUITO PENSİ	ADET	6		
13	ÇAMAŞIR KLEMBİ	ADET	4		
14	ÜÇGEN LEMP	ADET	2		
15	KONTEYNERA	ADET	2		
16	BOYAMA TASI	ADET	2		
17	YIKAMA TASI	ADET	2		
18	DAMAR KLEMBİ	ADET	2		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 53d0872b-4051-4001-b4bb-15c5e33d4066 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Uzm Dr Hasan BALABAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47  
e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 53d0872b-4051-4001-b4bb-15c5e33d4066 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KADIN DOGUM

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1) BİSTÜRİ SAPI       | 2 ADET → 0710400                              |
| 2) DOKU PENSETİ       | 2 ADET → 1bcm                                 |
| 3) DİSEKSİYON PENSETİ | 2 ADET → 11120-16                             |
| 4) PEAN PENİSİ        | 4 ADET → 13311-20                             |
| 5) DOKU MAKASI        | 2 ADET → 09281-18                             |
| 6) PORTEGUE           | 4 ADET → 251180-18 (2tone) / 25214-18 (2tone) |
| 7) MESANE EKARTÖRÜ    | 2 ADET → 19378-25                             |
| 8) ROUXEKARTÖR        | 2 ADET → 190120-15                            |
| • 9) OVER PENİSİ      | 6 ADET → 17171-25                             |
| - 10) İP MAKASI       | 2 ADET → 09102-15                             |
| • 11) KOHER PENİSİ    | 4 ADET → 13320-20                             |
| 12) MOSGUITO PENİSİ   | 6 ADET → 13271-14                             |
| • 13) ÇAMAŞIR KLEMBİ  | 4 ADET → 15111-11                             |
| • 14) ÜÇGEN LEMP      | 2 ADET → 13358-15                             |
| - 15) KONTEYNERA      | 2 ADET → Vakum Filtre 465 X 280 X 160mm       |
| - 16) BOYAMA TASI     | 2 ADET  |
| - 17) YIKAMA TASI     | 2 ADET  |
| • 18) DAMAR KLEMBİ    | 2 ADET 1adet 1bcm, 1adet 18cm.                |

Doç. Dr. Yasar Eryılmaz  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Dr. K. Süleyman ÖZMEN  
Kadın Hast. ve Doğum A.B.D.  
Dr. No: 4477 Tesc. No: 158854

## CERRAHI ALET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
2. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası, barkodu, CE ibaresi, üretim yılı, paslanmaz çelik olanlar üzerinde de STAINLESS ibaresi, datamatrix (chip, kare kod), hastane adı, üretim tarihi, markası lazer tekniği ile yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır. Bu özellikler ihaleye verilecek numuneler üzerinde de aranacak uygun olmayan numunelere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen aletlerin referans kodlarının ölçüleriyle aynı olmak zorundadır. Aletlerin uç yapıları cerrahi operasyonlarda hayati önem taşıdığından referans kodlarındaki uç yapılarıyla birebir aynı olmalıdır.
3. Aletlerin barkod kodlu ambalajlarda olması zorunludur. Kurumun gerek görmesi halinde barkod kodunu vererek imalatçı firmadan aletler hakkında tek tek bilgi sahibi olmak hakkına sahiptir. İşrakçı firmalar bunu kabul ettiğini belirtir taahhütname vereceklerdir.
4. Alınacak aletler 134 derece-1e buharlı otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. Cerrahi aletler korozyon testi açısından kaynatma testine dayanıklı olacaktır.
6. İstekler ihale listesinde belirtilen bir veya birden fazla branş grubuna teklif verebilirler. Ancak set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif edilecek her bir setin tamamına aynı marka olarak teklif verilmesi zorunludur. Teklif edilecek konteynirler cerrahi aletler ile aynı marka olacaktır.
7. İhale uhdesinde kalan firma ürün teslimatı esnasında kurumun belirleyeceği sayıda personele en az 1 gün süre de eğitim vereceklerdir.
8. Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyonuna dönmesini sağlayan (elastik yapı) özelliği olmalıdır.
9. Kesici tutucu çenelerin sabit ve düzgün hareket edebilme özelliği olmalıdır.
10. Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişlerin karşılıklı tam olarak kapanabilme özelliği olmalıdır.
11. Kilit mekanizmasında bacakların yumuşak kilitlenip kolay ayrılabilme özelliği olmalıdır.
12. Ekiyemlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapın olma özelliği değerlendirilecek, gerekirse 1 hafta süre ile ameliyathanede kullanılarak aletlerin uygun olup olmadığı test edilecektir. Uygun olan aletler değerlendirmeye alınacaktır. Öncelikle teklif edilen aletlerin iş görebilir ve uzun ömürlü olması kurum menfaatinde doğrultusunda tercih sebebi olacaktır.
13. Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin uluslararası Rockwell sertlik standartlarına göre sertlik değerleri, kesici aletler için 50-58 HRC, tutucu aletler için 40-46 HRC olarak belirlenmiş değerlerde olacaktır.

### KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

1. Konteyner ve aksesuarları 134 derece negatif / pozitif buhar basıncına dayanıklı, paslanmaz çelik, tekstil ve steril edilebilir plastik esaslı malzemenin sterilizasyonuna uygun olacaktır.

Dr. K. Güven ÖZMEN  
Doktora Yeterli Makalesi  
Doç. Dr. Yeterli Makalesi  
Doğubayazıt Devlet Hastanesi  
Nadip Hastane Kadim A.B.D.  
Dip.No 4477 Fes.No 158884

- 2- Konteynerler, kullanılmıř malzemenin tařıma sırasında hastane hijyenini riske sokmayacak gvenlikte paketlenme ve muhafazasına uygun yapıda olacaktır.
- 3- Konteynerler st ste konulduėunda kaymayacak řekilde dizayn edilmiř olacaktır.
- 4- Konteynerler zerinde sterilizasyon etiketi, Cerrahi blm etiketi, operasyon etiketi ve gvenlik mhr takma yeri bulunacaktır. Her bir konteyner iin cretsiz olarak 1000 adet plastik kilil ve 1000 adet indikatrl etiket verilecektir.
- 5- Bakım ve operasyon etiketi, en az 6(altı) renk seeneėine sahip olacaktır. İhale kurumu tarafından bdrlm renklerde blm ve operasyon isimli etiketler firma tarafından saėlanacaktır.
- 6- Garanti kapsamı iinde arızalı konteynerlerin yerine, bakım onarımı gerekleřinceye kadar kullanılabilir konteyner verilecektir.
- 7- Konteynerlerin kilil sistemi, tam kapanmaya srekli garantili edecek řekilde yayılabilir zellikte olacaktır.
- 8- Konteyner kapakları ve filtre sistemleri kontaminasyon riskini onlayacak, sızdırmazlıėı saėlayacak conta sistemine sahip olacaktır.
- 9- Konteynerler anodize alminyumdan retilmiř olacaktır.
- 10- Konteyner kutuları da bulunan kilil aksamları paslanmaz elikten retilmiř olacak, kapak tutamakları olarak kullanılabilir, tutamak baėlantısı gevşek olmayacak, kullanım sırasında istenirse kutu ierisine katlanabilecektir.
- 11- Konteynerlerin steril btnlėn 180 (yzsekksen) gn koruyabildiėi, mikrobiyoloji kliniėinin vermiř olduėu uygunluk raporuyla noter onaylı olarak belgelenilecektir.
- 12- Konteynerlerin tutamak, kilil ve etiket aksamlarına tařıyan on bloklar, kme ve darbelere karřı dayanıklılık amacı ile tek para (monoblok) olacaktır.
- 13- Konteyner kapaėınının bulunan filtreleri dıř etkenlerden korumak amacı ile filtre, plastik koruma kapagıyla korunmuř olacaktır.
- 14- Konteynerler valf, PTFE ve mikrobiyolojik bariyer filtre sistemlerinden herhangi biriyle kullanılabilir olacaktır. Kurum istediėi filtre sistemine geiř yaparken, kutu ya da kapak deėiřtirmeyecektir.
- 15- Valf sistemi, konteyner hafifliėini saėlamak amacı ile medikal uyumlu, sterilizasyon ısısına dayanıklı, plastik esaslı malzemeden retilmiř olacaktır.
- 16- Valf sistemi, otoklav sterilizatr basıncı ile alıřacaktır. Pozitif/negatif basıncı etkisiyle valf, her iki blgeye aılarak buhar giriř - ıkıřına izin verir yapıda olacaktır.
- 17- Valf sisteminin tm aksamları aıka grlebilecek, kontrol ve temizlik amacı ile kolaylıkla sklp takılabilecektir.
- 18- Valf sistemi, yerine kolaylıkla yerleřecektir. Gvenli bir řekilde yerleřtiėi iřaretle belirlenecek ve yerine yerleřtiėi hissedilecektir.

#### TEKNİK HUSUSLARDA İSTENEN BELGELER:

1-rnler zerinde mevcut olan data matnx,chip veya kare barkod sisteminin retici firma tarafından yapıldıėına dair belge aslı veya noter tasdikli olarak ihale dosyasında verilecektir.

2-KOSGEB ve TSE kurumları tarafından verilen Kimyasal Analiz ve Deney Raporları (Cerrahi Alet Kapsamlı) belgeleri aslı veya noter tasdikli olarak ihale dosyası ile verilecektir. Ayrıca eliėin yapısında bulunan ve eliėin dayanımı zelliklerini bozan Karbon, Manganez, Fosfor, Kkrt, Nikel, Stanyum

Do. Dr. Mustafa Eryılmaz  
Doėubayraklı Hastanesi  
Dr. M. Gven OZMEN  
Kadın Hastalıkları Doėum A. B. D.  
Dip.No:4477 Tesc.No: 158854

Bu numuneler görsel ve fonksiyonel olarak çiplek gözle, mikroskopta ve elle incelenerek test edilecektir.

Numune olarak verilen aletler teslimata kadar satın alma komisyonunda duracak teslim edilen numune olarak verilen aletler kırsal olarak teslim alınacaktır. Emin olunamıyor ise malzeme tesliminde komisyon gerek gördüğü takdirde aletler şartnamede belirtilen koşullara uygunluğu teyit etmek amacıyla TSE 5172'de belirtilen metal malzeme korozyon deneyine tabi tutulacaktır. Teknik şartnameye uygunluğu tespit etmek amacıyla yapılacak tüm testler, deneyler ve bunların değerlendirilmesi ile ilgili tüm masraflar katılımcı firmalara ait olacaktır. Olumsuz bir durum tespit edildiğinde malzeme reddi olacaktır ve uygunsuzluk tespit edilen firma ve markalar hakkında kanuni işlem yapılacaktır. Firmalar bu değerlendirmeye ve rapora ait hiçbir itiraz olmayacağını taahhüt ederek belgeleyeceklerdir.

~~Doc. Dr. Yaşar Ertimmez~~  
~~Doğubayazıt Devlet Hastanesi~~  
~~Dr. K. Güven ÖZMEN~~  
~~Kadın Hastalıkları Departmanı A B D~~  
~~Dip.No: 4477 Teslim No: 158854~~