

OKSİJEN KAÇAK KONTROL SPREY ŞARTNAMESİ

- 1-Rengi berrak olmalı
- 2-Raf ömrü en az 24 ay olmalı
- 3- Min sıcaklık koşulları -15 C Maks. Sıcaklık koşullar C arasında olmalıdır. ^{+50°C}
- 4-CO2), propan,bütan,asetilen,oksijen,şehir gazları veya doğal gazlar ile herhangi bir tehlikeli bileşen ortaya çıkarmamalıdır.
- 5- 400 ml olmalıdır.
- 6- Numune üzerinden değerlendirilecektir.




Rabia DEMİR
Paramedik

Tuba AYDIN
Paramedik



Recep ATILLA
Tıbbi Sekreter



UYGUNDUR

Dr. Kevser YILDIZ

Başhekim