



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 523  
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /  
Dosya ID : 1694

27.01.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 29.01.2020 saat: 14:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HFV (YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON) OPSİYONU	HFV (YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON) OPSİYONU	9	Adet		
<b>KDV Hariç Genel Toplam</b>						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

## HFV (YÜKSEK FREKANSLI VENTİLASYON) OPSİYONU

### Teknik şartnamesi

1. HFV(Yüksek Frekanslı Ventilasyon) opsiyonu yüklenmesinden sonra cihaz mevcut en son sürüm yazılıma update edilmeli tüm sistem adaptasyonları yapıp yüklenen yeni opsiyonlar kullanıcıya bilgilendirilmelidir.
2. Teklif edilen HFV opsiyonu Mek marka SU:M1 model cihaza tam uyumlu olmalı ve sorunsuz çalışmalıdır.
3. Teklifi veren firma cihaza ait yetki belgesini ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
4. Teklif edilen opsiyonda yenidoğan,pediatri hasta kategorisinde uygulanabilen 2-20 Hz arasında frekansın ayarlanabildiği D-HFV(Dual High Frequency Ventilation) modu ve S-HFV (Single High Frequency Ventilation) bulunmalıdır.
5. Teklif edilen opsiyonda cihazda standart olarak sunulmayan akciğer geri kazanımda,klinisyene düşük akımlı özellikte akciğer açma ve kapanma basınç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olacak PV-TOOL özelliği mevcut olacaktır.
6. Teklif veren firmanın Türkiye tek yetkili satıcı olduğuna dair belgeyi ihale dökümanında sunulması zorunludur.

05/12/19

Ağrı Sütcübaşı Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Meral YILDIZ KORKUT  
Neonatoloji Uzmanı  
Dip. No: 11662 Tescil No: 136858