T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..... 13.02.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : STERİLİZASYON BİRİMİ İÇİN 2 KALEM SARF MALZEME ALIM İŞİ
Dosya Id : 1824

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.02.2020 saat: 10:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Mustafa Erkin SARSU
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	BUHAR STERİLİZASYON İNDİKATÖRÜ KİMYASAL KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 6			20.000	Adet		
2	BUHAR STERİLİZASYON MARUZİYET BANDI SINIF 1 MARUZİYET BANDI			200	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili Kişi : Mehmet Sena ULAŞ -
memet_.ulas@hotmail.com

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Teklif Eden
.../.../2020
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili Kişi : Mehmet Sena ULAŞ -
memet_.ulas@hotmail.com

BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR ŞARTNAMESİ

1. Buhar sterilizasyon sürecinin seçilen sterilizasyon çevrimi için kurulum değerleri baz alındığında spesifikleştirilen bu değerlerin üzerinde tüm kritik parametrelere reakte edebilecek nitelikte üretim dizaynı olmalıdır.
2. İndikatörde kullanılan film sterilizasyon sürecinde çekme, buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.
3. Class 6 indikatör stribin indikatör baskılı tarafı filmle kaplanmış olacaktır.Arka yüzünde buhar geçişini sağlamak için film kaplaması kesinlikle olmayacaktır.
4. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
5. Stripin üzerinde bir indikatör, sterilizasyon sonrası okunabilen renk değişimi gösterecektir.
6. Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi bulunacaktır.
7. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten farklı tonlarda olacaktır.
8. Paketin üzerinde son kullanma tarihi olacaktır.
9. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
10. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
11. İndikatörün ölçebileceği sterilizasyon çevrimleri her strip üzerinde olmalıdır.
12. Ürün lot numarası her indikatörün stripinin üzerinde yer almalıdır.
13. İndikatörün CE belgesi olmalıdır.
14. İndigatör basılı yüzey lamine kaplı olmalıdır.
15. Ürün kullanıcıya numune bırakılıp test edilmelidir.
16. 250 striplik kutularda kullanıma hazır olacaktır.

GIYASETTİN GÜZELKUŞ

Buhar Sterilizasyonu Maruziyet Bandı Teknik Şartnamesi

- Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmalıdır,

- Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı yazılabilmelidir.
- Maruziyet sonrasında banttaki renk değişikliği ne olmalı, yoruma açık olmamalıdır.
- Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır,
- Yapıştığı yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır.
- Bant halkasının içinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalı ve buhar için kullanılacağını belirten ibare bulunmalıdır.
- Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
- ISO 11140 standartlarına göre Sınıf 1'e uygunluğu bulunmalıdır.
- Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

GIYASETTİN GÜZELKUŞ