



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/03/2020 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	DİŞ ÜNİTİ KAVİTRON CİHAZI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
e-İmzalıdır.

Hasan BALABAN
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI
Telefon:0472 312 60 47

Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e8aa6b6b-7b87-4adc-86c8-ebca21d4535b kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

KAVİTRON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

- 1-Detertraj (kavitron) cihazı piezzo (elektrikli) sistem ile çalışmalı
- 2-Tedavi tableti içerisine monte edilebilmeli
- 3-Çalışma frekansı 24.000/36.000 KHz olmalıdır.
- 4-24 Vac + % 10 50/60hz- 32 vdc + % 10 50/60 çalışabilmeli±
- 5-El parçası ve uçları otoklavda 134 derecede steril edilmeli
- 6-Değişik tiplerde en az 4 adet kavitron ucu ve 1 adet kavitron anahtarı olmalı
- 7-Kavitron ucu sıkma anahtarı emniyetli sistemlidir.Çok sıkıldığında boşa dönmektedir.
- 8-Mevcut bulunan (Advance) diş ünitesine uyumlu olmalıdır
- 9-Ünitenin orijinal ayak pedalı ile çalışmalı ayrıca bir ayak pedalı olmamalı
- 10-Cihazın en az 2 yıl garantisi, el parçasının en az 1 yıl garantisi ve garanti belgesinde Türkiye Mümessilinin kaşesi olmalı.
- 11-Alet Özel Ambalajında Olup, Ambalaj Üzerinde Modeli Ve Seri Numarası Yazılmalıdır.
- 12- Kavitron cihazı montajı Firma tarafından yapılacaktır.

Doç.Dr.Yaşar Eryılmaz
Doğubayazıt Devlet Hastanesi
Dt. Fatma Nur NEŞE
Dip.Tec.No:45914

