



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ

Sayı : B.104LSM.404.3001/.....
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : EKG JELİ ALIMI
Dosya Id : 2015

AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ - AĞRI
ELEŞKİRT İLÇE DH/SATIN ALMA BİRİMİ
13/03/2020 09:22 - 36472700-020-146



İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 17.03.2020 saat: 11:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Bülent ÖZTÜRK
İdari Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin | | | | | | KDV Hariç Teklif | |
|-------------------------------|------------------|----------|-----|---------|--------|------------------|-------|
| S.No | Malın/İşin Cinsi | Sat Kodu | UBB | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1 | EKG JELİ | | | 30 | kg | | |
| KDV Hariç Genel Toplam | | | | | | | |

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satın Almanın Yapılacağı Birim: ELEŞKİRTİLÇE DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

EKG JELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kokulu olması halinde hasta, hekim ve iş ortamı havalandırmasını olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olmamalıdır.
2. Aşırı akışkan olmamalıdır. Çabuk kurumamalıdır.
3. Yeterli ve uygun kayganlığa, ses geçirgenliğine sahip olmalıdır.
4. Ekg hiçbir şekilde yapışmamalı ve zarar vermemelidir.
5. Kolay temizlenebilir olmalıdır.
6. Diagnostik özelliği bozacak, artefakt yaratacak maddeler içermemelidir
7. Jel istendiği zaman herhangi bir ön hazırlığa gerek duyulmaksızın kullanıma hazır olmalıdır. Ambalaj miktarı 1000 gr'ın üzerinde olmalıdır.
8. Numuneler incelendiğinde tarafımızdan yeterliliği onaylanmış olmalıdır

Ali Din Ergül

Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi:



Cevdet SARI
Türkiye K. Hastaneleri Kurumu Elş. Dev. Hast.
Döner Sermaye
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

