T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı : 54592530-211/..... 13.03.2020
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : 2 (İKİ) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ
Dosya Id : 1727

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.03.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Mustafa Erkin SARSU
Başhekim V.

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	POLİPROPİLEN NO: 6/0 17 (±3) MM 3/8 KESKİN 45 CM 16 MM İĞNE			300	Adet		
2	POLİPROPİLEN NO: 6/0 13 (±3) MM 1/2 YUVARLAK (ÇİFT) 60 CM 6/0 MONOCRYL 16 MM İĞNE			144	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekillne ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:
İlgili Kişi : Yunus ÖZYOLCU -

6/0 KESKİN PROLENİPLİK(16mm)

1-Sentetik monofilament emilemeyen sutur olmalıdır.

2-Polypropilene ' den imal edilmiş olmalıdır.

3-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.

4-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.

5-Ürün rengi mavi (blue) olmalıdır.

6-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonuyla ile steril edilmiş olmalıdır.

7-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.

8-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

9-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır:

a-İmalatçı firmanın ticari adı ve adresi

b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak)

c-Süturün rengi **g**-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

d-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası 11-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.

10-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi ' ne uygun olmalıdır.

11-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe

İngilizce kullanım talimatı bulunmalıdır.

12-CE belgeli olmalıdır.

Uzm.Dr.Murat BENZER
Kulak Burun Boğaz
Dip.Tem. Kas. Hastanesi
Patnos

SENTETİK MONOFLAMENT HIZLI EMİLEBİLEN CERRAHİ İPLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Monoflament hızlı absorbe olabilen cerrahi ipliklerin toplam doku destek süresi 10. Günde yaklaşık %30 olmalı, vücutta toplam emilim (absorbsiyon) süresi ise 50-55 gün olmalıdır.
2- Monoflament hızlı absorbe olabilen cerrahi iplik, USP ve Avrupa Farmakopisine uygun istenilen özellikleri ihtiva etmelidir. Monoflament hızlı Absorbe olabilen cerrahi iplik içeriği polyglytone 6211 veya polygle caprone 25 olmalıdır.
3- Kalınları, düğüm oturtma, düğüm kaydırma; manüplasyona uygun olmalıdır.
4- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğin yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi dokularcan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve sütüre çapı birbirine uyumlu olmalı, iğne sütüre birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır. İğneler silikonla kaplı olmalı ve firmalar bunu belgelendirmelidir.
5- İğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır. İğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalıdır. (özel alaşımlar tercih sebebi)
6- İğnenin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir.
7- Vücut için kullanımlarda hiçbir şekilde enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve sütur materyaline bağlı komplikasyon olmadan iyileşme sağlayabilmelidir.
8- Koruyucu, kolay açılır çift pakatli ambalajda olmalıdır.
9- Alüminyum folyo üzerinde imalatçı firmanın ticari iadı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adet ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütur kalınlığı, süturun uzunluğu, süturun rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.
10- En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. Işıktan ve sıcaktan korunmasına dair ambalajın üzerine yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
11- İç ambalaj kapağı açıldığında iğne kolayca görülebilmeli.
12- Antialerjik, non antijenik ve steril olmalıdır.
13- Kırılma ve bükülmesini engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı en az (alaşımındaki) %7+ oranında olmalıdır. Firma bu durumu dökümanlarla belgelendirilmelidir.

14- Alüminyum folyo üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katolog numarası, ürün tanıtımı yapısı (monoflament (tek örgülü) ve sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
15- Ürün içeriği Poliglıton 6211 ise Etilen Oksit ile Polıglecapron25 ise Gama ışını ile
16- sterilize edilmelidir.
19-Ürünler 5 yıl miadlı olmalıdır.
20-Teslim sırasında en az 3 yıl raf ömrü bulunmalıdır.
21-Gelişmiş ülkelerde yapılmış klinik çalışması olmalıdır.
22-Ayrıca firma ihale sonrası istenen miktarda numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.