

KORUYUCU TULUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Firma ürünü değerlendirmeye bir paket numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdir de ihale dışı bırakılacaktır.

2-Tulum tek kullanımlık olmalıdır.

3-Kapşonlu olmalı ve çeneyi içine alacak şekilde boynu kapatmalıdır.

4-Tulum, çalışılan ortamda lif döküntüsü bırakmamalıdır.

5-Tulumun kolu, ayak bileği, yüz çevresi ve bel bölgesi lastikli olmalıdır.

6-Tulum, kullanıcıya optimum konfor sunabilmek adına nefes alabilen non-woven (dokunmamış kumaştan) imal edilmeli ve kumaşın üzeri nefes almayı güçleştirecek herhangi bir film, plastik veya benzeri bir tabaka ile lamine edilmiş olmamalıdır.

7-CE 120-PPE Category III sınıfında olmalıdır.

8-Tulum EN 14126:2003 standardına uygun olmalıdır.

9-Kimyasal ve elektrosatik kirliliğe karşı koruma sağlanmalıdır.

10- Uzun süre giyilebilir ve rahat olmalı.

11-Işık geçirmez olmalı.

12-Lateks içermemeli.

13-Vücudu kan ve diğer zararlı sıvılara karşı koruma özelliği olmalı.

14-Önden fermuarlı olmalı.

15-Kolay yırtılmamalı.

16-Virüs hastalıklarından korunma amaçlı kullanılabilmelidir.

17-Tulumların Small, Medium, Large ve X-Large bedenleri olmalıdır. Hastanenin ihtiyacına göre teslimat yapılmalıdır.

S.B. Ağrı Sütcüleri Devlet Hastane
Uzm. Dr. S. KABUKCU
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
0547 361 181554