



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

18.03.2020

Sayı : 632  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Radyoloji Birimi İçin 12 Volt 7 Amper Saat Akü Alım ve Montaj İşİ  
Dosya Id : 2041

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 20.03.2020 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satın Alınacak Malın/ İşin    |   |          |     |         |        | Fiyat | Tutar |  |
|-------------------------------|---|----------|-----|---------|--------|-------|-------|--|
| S.No                          | Malın/İşin Cinsi                            | Sut Kodu | UBB | Miktarı | Birimi |       |       |  |
| 1                             | 12 VOLT 7 AMPER SAAT AKÜ ALIM VE MONTAJ İŞİ |          |     | 40      | Adet   |       |       |  |
| <b>KDV Hariç Genel Toplam</b> |   |          |     |         |        |       |       |  |

Teklif Eden  
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname  
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallerinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Üzeri Otogar Karşısı AĞRI  
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422  
E-Posta: satinalma004@gmail.com Web:

İlgili Kişi : Elif YARIKAN -  
satinalma004@gmail.com

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Ağrı Devlet Hastanesi

**2 ADET 10 Kva GÜÇ KAYNAĞI İÇİN AKÜ ALIM VE MONTAJ İŞİ TEKNİK  
ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

1.1. Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 40 (kırk) adet 12 volt 7 amper akü alım ve montaj işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.


**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 2.1. Talep edilen kuru aküler, acil röntgen ve mamografi birimlerinde bulunan 2 adet 10 kva güç kaynağı için istenmektedir.
- 2.2. Bahse konu aküler 12 volt 7 amper saat gücünde olacaktır. Aküler 1. sınıf kalitede ve ISO-TSE belgeli olmalıdır. 2. veya 3. kalite aküler kabul edilmeyecektir.
- 2.3. Akülerin montajı, işi alan firmaya aittir.
- 2.4. Bahse konu güç kaynakları aküler takıldıktan sonra devreye alınacak, deneme amaçlı enerji kesintisi yapılarak çalışıyor olduğu görüldükten sonra teslim alınacaktır.

**3. GENEL HÜKÜMLER:**

- 3.1 Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
- 3.2 Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 3.3 Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.4 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili tüm anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

  
Özcan OĞUR  
Sorumlu Teknisyen