



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 643
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : DOUBLE J KATETER ALIMI
Dosya Id : 2077

20.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.03.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	DOUBLE J POLİÜRETAN ÜRETRAL STENT, BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4,8 F 28 CM	UR1034		80	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

DOUBLE J KATATER TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Double J kateter 4,7 veya 4,8F ölçülerinde olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün, üreter darlıklarında pasajı sağlamak için dizayn edilmiş olup içerisinde bir adet double J kateter, bir adet itici kateter ve en az bir adet sabitleme klemp (stentin bir ucu kapalı ise) bulunan set halinde olmalıdır. Set içerisinde sabitleme klempinin bulunmaması halinde yüklenici firma, her bir ürün ile birlikte double j kateteri sabitleme amaçlı kullanılacak bir adet aparatı teslim etmelidir.(stentin bir ucu kapalı ise)
3. Teklif edilen kateter, kırılmaya, bükülmeye dirençli, biyo uyumlu malzemeden üretilmiş ve floroskopi altında rahat görülebilecek şekilde yüksek radyoopasiteli olmalıdır.
4. Kateter sürtünmeyi azaltan, perkütan ilerlemeyi kolaylaştıran dayanıklı kaygan yüzeye sahip olmalıdır.
5. Double J kateterin her iki ucunda yeterli sayıda ve genişlikte çift taraflı asimetrik delikler olmalıdır.
6. Kateterin her iki ucu pigtail şeklinde olmalıdır.
7. Stentin uçları kullanıcı bölümün isteğine göre bir ucu kapalı ya da her iki ucu açık olmalıdır.
8. Double J kateter distal uç kısmı uca doğru inceltilmiş olmalıdır, proksimal ucu ise künt olmalıdır.
9. Kateter lümenleri 0.038 inch kılavuz tele uygun olmalıdır.
10. İtici kateter ucunda radyopak marker olmalıdır.
11. İtici kateter en az 35cm,en fazla 70cm uzunluğunda olmalıdır.
12. Kılavuz telin dış yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.
13. Kılavuz telin bir ucu dokuya zarar vermemesi için (distal 5cm'lik ucu) fleksibl yapıda olmalı ve distal ucu J- uçlu veya şekil verilebilir özellikte düz uçlu olmalıdır.
14. Kılavuz tel double J katetere gereken desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
15. Kılavuz telin yüksek steerabilitesi ve trakabilitesi olmalıdır.
16. Kılavuz tel en az 150 cm uzunluğunda ve 0,035-0,038 inch kalınlığında, kateter ile uyumlu olmalıdır.
17. Katılımcı firmalar, ürüne yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından numunelerini ihale saatine kadar teslim etmelidir.

GENEL ÖZELLİKLER

18. Teklif edilen ürün ve uygunluk değerlendirmesi için teslim edilecek ürün, steril ve orijinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde onaylı ürün (barkod) numarası, imalatçının adı veya ticarî adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LOT) veya seri numarası, ürünün kullanım sayısını (tek kullanımlık, çok kullanımlık) belirtir ifade bulunmalı, varsa özel depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.
19. Ürünün kullanımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı Türkçe kullanım kılavuzu her bir ürün için ürün ambalajında veya ürünlerin paketlerinin içinde olmalıdır.
20. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.
21. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatla olan ürünler ile değiştirmelidir.

22. Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' ne kayıtlı olmalıdır. Teklif edilen ürünlerin kullanım ömrü (Miad) boyunca Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde belirtilen şartları taşıyacak nitelikte olmalıdır,

23. Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT kodları ile eşleşmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar eşleşmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

24. Yüklenici firma teklif verdiği ürünün Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde SINIF III olarak tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği tarihe kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ' nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz adına askıya çıkarmalıdır.

25. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

26. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası, üretici firma adı, üretim parti (LOT) veya seri numarası, üretim parti (LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.

İmza
M. D. S. S. İ. T. A. N. İ.
0212 332 32 32
0212 332 32 32
0212 332 32 32