



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 642
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : STONE CONE ALIMI
Dosya Id : 2078

20.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 23.03.2020 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin						KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	NİTİNOL HELİKAL TAŞ BASKET 3F 115 CM			10	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TAŞ ÇIKARMA HELOZONU (STONE CONE)

- 1- Nitinol materyalden yapılmış olmalıdır.
- 2- Gövde telin dış çapı 3.0 fr., uzunluğu 115cm olmalıdır.
- 3- Spiral kısmın dış çapı 7mm ya da 10mm olmalıdır.
- 4- 8 watt a kadar holmium lazere dayanıklı olmalıdır.
- 5- 5 cm?lik ucu filiform olmalıdır.
- 6- Uç kısmı tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan mavi-yeşil çizgili olmalıdır.
- 7- Çıkarılıp tekrar takılabilen tutma mandalı olmalıdır.
- 8- Kateterin dış yüzeyi PTFE materyalden yapılmalıdır.
- 9- İhaleye giren firma 1 adet numune verecektir.Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır

Op.Dr.Salih MANA
Sicil no:132686
Uroloji Uzmanı
Ağrı Devlet Hastanesi