



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : 68917221-949  
Konu : Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **TEKLİ KAN TORBASI ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 27/03/2020 tarih ve saat 14:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

e-İmzalıdır  
Nazan ALTUNTAŞ GÖKTÜRK  
İdari Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	TEKLİ KAN TORBASI	ADET	1000		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
e-İmzalıdır.  
Hasan BALABAN  
Başhekim V.

NOTLAR

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr> e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde de ilan edilmektedir.
- 5) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 6) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eş zamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 7) Alınacak malzemelerin 2 İKİ yıl garantili olması
- 8) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
- 9) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI  
Telefon:0472 312 60 47  
Belgegeçer: 0472 312 54 47

e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Ağrı Yolu Üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI

Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30

e-Posta: [ddhsatinalma@gmail.com](mailto:ddhsatinalma@gmail.com) İnternet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com

Evrakin elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 91a31c0b-c610-40c7-9411-8f7965233001 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Serra KIRAÇ

TIBBİ SEKRETER

Telefon No: (0 472) 312 60 47

## TEKLİ KAN TORBASİTEKNİK ŞARTNAME

Tekli Kan Torbası:

Antikoagülan solüsyon olarak CPDA-1 içermelidir. 450 ml kan alma hacmi olmalıdır. Donörden tam kan alınmasında ve hastaya tam kan transfüzyonu yapılmasında kullanılır.

### 1) İĞNE

- . 16 G olmalıdır.
- . İğne cidarı ultra ince olmalıdır.
- . Muhafaza üzerinde damar giriş yönünü belirtir işaret olmalıdır.

### 2) KAN ALMA HORTUMU

- . 100 +/- 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
- . Hortum iç çapı 3.1 mm olmalı, dış çapı 4.2 mm olmalıdır.
- . Hortum üzerinde klemp düzeneği olmalıdır.
- . Hortum üzerinde Çapraz karşılaştırma (Cross-Match) testler için kullanılacak numuneyi almak için 10 cm de bir numara basılmış olmalı, bu numaralar transfer torbaları bağlantı hortumlarında da olmalıdır. Bu numaralar tırnakla kazınsa bile çıkmamalıdır.

### 3) ETİKET

- . Etiketi Türkçe olmalıdır.
- . Etiket üzerinde donör bilgilerini girecek yeterli boşluklar olmalıdır.
- . 20°C' de su banyosunda torba üzerinde parça bırakmadan soyulmamalıdır.

### 4) PVC TORBA

- . Torba hacmi 450 ml kan alacak şekilde olmalıdır.
- . Torba kenarında tüp takılacak askı yerleri olmalıdır.
- . Torba içindeki çözeltilinin ve kanın çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak saydamlıkta olmalıdır.

### 5) ANTİKOAGÜLAN SOLÜSYON

- . 450 ml kan alımı için 63 ml CPDA-1 Antikoagülan solüsyon içermelidir.

### 6) PAKETLEME

- . Alüminyum ambalaj içinde olmalıdır.
- . Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmelidir.
- . Paketler karton koliler içerisinde teslim edilmelidir.

Bülent ÖZCAN  
ÖZCAN

Torbalar için:

- . Kan Torbaları için CE belgesi olmalıdır,
- . Kan Torbaları için T.C. İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası sistemine kayıtlı ve onaylı olmalıdır.
- . Kan Torbaları en az 2 yıl matlı olmalıdır.

İmalat Yeri için:

- . Kan Torbalarının imal edildiği yer için ISO 9001:2008 + ISO 13485:2003 / AC:2007 kalite sistem yeterlilik belgeleri olmalıdır.

Cihazlar için:

- . Teknik Servis için TSE Hizmeti Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
- . Medikal Cihazlar yetkili satıcı firmanın satış ve servisi ISO 9001:2008 belgesinin kapsamında olmalıdır.

TEKLİ KAN TORBASI : 1000 Adet

Bülent ÖZCAN  
Aydın