



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 659
Konu : Fiyat Teklifi
İşin Adı : Helmet (Miğfer) Cpap Maske Alımı
Dosya Id : 2118

30.03.2020

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.04.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satin Alınacak Malın/ İşin							
S.No	Malın/İşin Cinsi	Sut Kodu	UBB	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	HELMET (MİĞFER) CPAP/NIV MASKE			20	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam							

Teklif Eden
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Helmet (miğfer) CPAP /NIV maske teknik şartnamesi

- Açılabilen fermuar ile pnömatrik conta bulunmalıdır
- Biyolojik uyumlu plastik malzemeden yapılmalıdır
- Dimar Kask (Helmet) üstünde ek sabitleme halkaları içermelidir
- 6 sağ ve sol simetrik bağlantı noktaları bulunmalıdır
- 3 – 19 mm arası hava geçirmez erişim portları bulunmalıdır
- Yara oluşumunu azaltıcı yumuşak ve esnek malzeme kayışlar bulunmalıdır
- CoolMax®; hijyenik antibakteriyel malzemeden koruyucu pedler bulunmalıdır
- ISO 22M, 22F bağlantılar bulunmalıdır
- Lateks içermez
- Etkili, Pratik ve Konforlu olmalıdır
- Tetikleme reaksiyon gecikmesi <0,1" olmalıdır
- Dimar Kaskı (Helmet) çıkartmadan besleme, weaning ve bakım işlemlerini kolayca yapabilmelidir
- Basınç giriş ve çıkış hattı ters taraflı veya aynı yönde konumlandırılabilir ve hasta pozisyonlaması özgürce yapılabilmelidir

Ağrı Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mürside YILDIZ
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 133 827