



T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 663  
Konu : Fiyat Teklifi  
İşin Adı : Mobil Ters Ozmos Alımı  
Dosya Id : 2134

03.04.2020

**İLGİLİ FİRMALARA**

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.04.2020 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| Satin Alinacak Malın/ İşin    |   |          |     |         |        |       |       |
|-------------------------------|---|----------|-----|---------|--------|-------|-------|
| S.No                          | Malın/İşin Cinsi  | Sut Kodu | UBB | Miktarı | Birimi | Fiyat | Tutar |
| 1                             | HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN MOBİL<br>TERS OZMOS SU ARITIM SİSTEMİ<br>FÖYÜ |          |     | 1       | Adet   |       |       |
| <b>KDV Hariç Genel Toplam</b> |   |          |     |         |        |       |       |



**T.C.**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**AĞRI DEVLET HASTANESİ**

Teklif Eden

.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satılmanın Yapılacağı Birim: AĞRI DEVLET HASTANESİ

- Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların halinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.



18. Cihazda, standart olarak en az %99 rejeksiyonlu membran bulunmalıdır.
19. Cihazın çalışması esnasında, besleme suyu kesintisi durumlarını algılayabilmeli ve alarm verebilmelidir. Su kesintisi giderildiğinde otomatik olarak çalışmasına devam edebilmelidir.
20. Cihazın iç yapısında hidrolik ve elektrik/elektronik kumanda paneli arası ayrılmış olmalıdır.
21. Cihaz motoru hava soğutmalı olmalıdır.
22. Cihazdan güvenli bekleme modu olmalıdır.
23. Cihazda dezenfeksiyon modu olacaktır.
24. Cihazın iletkenlik ölçümünün kalibrasyonu yapılabilir olmalıdır.
25. Cihaz menüsünden çalışma saati gibi parametreler kontrol edilebilmelidir.
26. Cihaz su tasarrufu açısından, 70 Lt/saat miktarını aşmayacak atık su sarfiyatı ile çalışabilmelidir.
27. Membran kovani paslanmaz çelik gövdeli malzeme olmalı ve en 4021 boyutunda 1 adet membran filtre kullanılmalıdır.
28. Cihazda buffer tank olmalı ve seviye anahtarları ile tankın seviyesi kontrol edilmelidir.
29. Buffer tank içerisinde motorun hava yapmasını veya susuz çalışmasını engelleyecek motor koruma switch'i bulunmalıdır.
30. Cihaz çalışırken elektriğin kesilmesi ve tekrar gelmesi durumlarında, kaldığı yerden işlemine devam edebiliyor özelliği bulunmalıdır.
31. Cihaz en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacak. Bu garanti, üretici ve/veya satıcı firma tarafından taahhüt edilecektir.
32. Yüklenici firmanın UTS kaydı olmalı ve teklif ettiği cihazın, ürünün sağlık bakanlığı UBB kaydı olmalıdır.
33. Yüklenici firma TSE 12426- 12843 hizmet yeterlilik belgesi İSO 13485-2016 İSO 9001 -2015 İSO 14001 2015 OHSAS 18001 2007 Kalite belgeleri olmalıdır.
34. Firmanın tıbbi cihaz satış merkezi yetki belgesi olmalıdır.
35. Firmanın imalat yeterlilik belgesi olmalıdır.
36. Malzeme ve işçilik hatalarına karşı, üretici ve satıcı firma, garanti süresi sonrası 10 yıl için servis temini ve yedek parça bulundurma taahhüdü verecektir. Temsilci firma, garanti süresi içerisinde periyodik koruyucu bakımlarını ve güvenlik kontrollerini yapmak, arıza bildirimlerinde de 24 saat içinde arızaya müdahale edebilecek yetkili teknik servis ağına sahip olmalıdır. Firma, arızalı cihazı en fazla 10 iş günü içinde çalışır duruma getirmelidir.

Dr. Cafer AKDEMİR  
Tic. Sic. No: 175399  
Diyadinin Hastanesi  
Sislihanne

Dr. Mehmet ÖZCAN  
Tic. Sic. No: 136191  
Diyadinin Hastanesi

Dr. Mehmet ÖZCAN  
Tic. Sic. No: 136191  
Diyadinin Hastanesi